

# L'unité d'aspiration mobile de haute performance

ATMOS® Record 55

ATMOS® Record 55 DDS

ROUSTE  
SILENCIEUX  
FACILE  
D'UTILISATION





## ATMOS® Record 55



## L'unité performante aux multiples utilisations !

Son débit d'aspiration et son vacuum élevé font de l'ATMOS Record 55 DDS une unité prédestinée à une utilisation en bloc opératoire.

A chaque fois qu'il s'agit d'avoir à sa disposition un appareil d'aspiration performant et silencieux, l'ATMOS Record 55 DDS est le bon choix.

La technologie qui a fait ses preuves en fait un partenaire fiable pour de nombreuses utilisations chirurgicales :

- Chirurgie viscérale
- Chirurgie orthopédique
- Service d'orthogénéie
- Chirurgie vasculaire et autres.

Mais c'est notamment dans le domaine de la chirurgie esthétique et plastique – et plus particulièrement en liposuccion, que le Record 55 DDS peut jouer de tous ses atouts.

## Les avantages du Record 55 ATMOS en un coup d'œil :

- Performant :  
le débit de 55 l/min +/- 3 l/min permet une vue libre sur le champ d'opération en continu.
- Silencieux :  
faible niveau sonore qui ne gêne pas la concentration dans la salle d'opération.
- Facilité d'utilisation.
- Hygiénique :  
Systèmes de vases à sécrétions modernes et surfaces lisses pour une désinfection de surface facile.
- Fiable :  
une technologie qui a fait ses preuves sans risque de panne ou de filtre bloqué.
- Pas de pannes dues à des filtres anti-bactériens bloqués.
- Systèmes de recueil à choisir selon vos besoins :  
A usage unique ou réutilisables.

## ATMOS® Direct-Docking-System (DDS)

Bocaux réutilisables pour une charge de travail réduite.

L'innovation du DDS ATMOS réside dans le détail :

- Pas de raccordements par tubulures – « Plug & Play »
- Sélecteur de bocaux pour une utilisation simple
- Filtre anti-bactérien hydrophobe intégré au bocal
- Bocaux faciles à mettre en place et à retirer
- Bords arrondis facilitant le nettoyage

## Vos avantages :

- Gain de temps lors de la mise en service
- Utilisation très simple
- Risque nul d'erreur de connexions des tubulures
- Retraitements simples et rapides


## ATMOS® Record 55 DDS — la solution fiable !

Notre proposition :

	REF
 <b>ou</b> 	ATMOS® Record 55 DDS (bocaux 2 x 3l) avec sélecteur
Set d'installation pour pédale Marche/Arrêt Pour mettre en marche et arrêter l'appareil	443.0755.0
Set Pédale de réglage Pour régler le vacuum	443.0770.0

### Informations complémentaires

Vous trouverez de plus amples informations concernant les différentes versions ainsi que les accessoires disponibles pour le Record 55 ATMOS sur les pages suivantes.



## Sélecteur de bocaux

pour sélectionner le bocal à sécrétions actif

## Filtre anti-bactérien à remplacement rapide

avec une surface de filtre agrandie.

## Raccord tuyau permettant

de réduire la formation de mousse dans le vase à sécrétions, assurant ainsi une plus grande longévité des filtres.




## ATMOS® Record 55 — avec rail standard

### Equipement de base :



ou



ou

### Avec bocaux Receptal® :

	REF
Paquet Receptal® 2 x 3 l	444.0029.0
Paquet Receptal® 2 x 2 l	444.0028.0
Sélecteur	340.0096.0
Pince de fixation Serres	340.0095.0



Avec bocaux réutilisables en verre :



Avec bocaux Serres® :



	REF
2x ou	Bocal à sécrétions gradué, verre 3l, Hauteur 247 mm, Ø 145 mm
2x	Bocal à sécrétions gradué, verre 5 l Hauteur 302 mm, Ø 169 mm
	Couvercle pour bocal à sécrétions, support rail standard inclus
	Set prise de connexion double Composée de : Prise de connexion double, Réducteur de diamètre, Sécurité anti-débordement mécanique
	444.0033.0
	444.0034.0
	444.0650.0
	444.0640.0

	REF
3x	Pince de fixation Serres®
	340.0095.0
	Sélecteur
2x	Bocal Serres® 2 l
	340.0096.0
2x	Poche d'aspiration Serres® 2 l avec produit gélifiant Non autoclavable, 22 pièces
	310.0402.0
2x ou	Poche d'aspiration Serres® 3 l avec produit gélifiant Non autoclavable, 20 pièces
	310.0400.0
2x	Bocal Serres® 3 l
	310.0403.0
2x	Poche d'aspiration Serres® 3 l avec produit gélifiant Non autoclavable, 20 pièces
	310.0401.0

## ATMOS® Record 55 DDS

ATMOS® Record 55 DDS	REF
ATMOS Record 55 DDS (2 x 3 l) Unité d'aspiration chirurgicale mobile extrêmement silencieuse, réglage continu de la dépression, affichage du vacuum, sélecteur de bocaux pour bocaux DDS Direct-Docking-System, connexion pour pédale [1] Inclus dans la livraison : Appareil de base, Notice d'utilisation, Câble secteur, 2 bocaux DDS 3 l, 2 couvercles pour bocaux DDS, 2 poignées pour bocaux DDS, 2 protections anti-éclaboussures DDS, 10 filtres anti-bactériens DDS, sécurité anti-débordement intégrée, Set d'adaptateurs DDS pour tubulures (Ø 6 mm / Ø 10 mm), Tubulure d'aspiration Ø = 6 mm, L = 2,10 m	444.0930.0
ATMOS® Record 55 DDS (bocaux 2 x 5l)	444.0940.0
Accessoires pour ATMOS® Record 55 DDS	REF
[2] Bocal à sécrétions DDS, 1,5 l, autoclavable Hauteur 146 mm, Ø extérieur 166 mm	340.0050.0
[3] Bocal à sécrétions DDS, 3 l, autoclavable Hauteur 247 mm, Ø extérieur 166 mm	340.0051.0
[4] Bocal à sécrétions DDS, 5 l, autoclavable Hauteur 396 mm, Ø extérieur 166 mm	340.0052.0
Couvercle pour bocal à sécrétions DDS, set complet composé de : [5] Couvercle pour bocal DDS, Poignée pour bocal DDS, Protection anti-éclaboussure DDS, Set d'adaptateurs de tuyaux DDS, Ø 6 mm + Ø 10 mm, Filtre anti-bactérien DDS / sécurité de trop plein, Support tuyaux DDS	340.0040.0
[6] Couvercle pour bocal DDS avec joints	340.0053.0
[7] Poignée pour bocal DDS, grise	340.0055.0
[8] Poignée de bocal, bleue	340.0326.0
[9] Protection anti-éclaboussure DDS, silicone	340.0056.0
[10] Set d'adaptateurs pour tubulures DDS, Ø 6 mm + Ø 10 mm	340.0057.0
[11] Support pour tubulures pour bocal DDS	340.0066.0
[12] Adaptateur DDS pour collecteur de tissus relie le bocal DDS ATMOS au collecteur de tissus	340.0062.0



[1] REF 444.0930.0



[2] REF 340.0050.0



[3] REF 340.0051.0



[4] REF 340.0052.0



[5] REF 340.0040.0



[6] REF 340.0053.0



[7] REF 340.0055.0



[8] REF 340.0326.0



[9] REF 340.0056.0



[10] REF 340.0057.0



[11] REF 340.0066.0



[12] REF 340.0062.0

## ATMOS® Record 55

ATMOS® Record 55 avec rail standard	REF
<p>ATMOS Record 55 avec rail standard            Unité d'aspiration chirurgicale mobile pour hautes exigences.            Extrêmement silencieux, réglage continu de la dépression, affichage du vacuum, connexion pour pédale.</p> <p>Caractéristiques techniques :</p> <p>[1] Performance : 55 + 3 l/min ; vacuum -98 kPa / -735 mmHg au niveau de la mer, 230 V~, 50/60 Hz ;            Dimensions (H x L x P) : 940 x 500 x 390 mm</p> <p>Inclus dans la livraison :</p> <p>Appareil de base, notice, d'utilisation, câble secteur, rail standard (monté), Tubulure d aspiration, Ø 6 mm, L = 2 m, Tubulure d aspiration, Ø 10 mm, L = 2 m, Filtre anti-bactérien UFO</p>	443.0700.0
Accessoires pour ATMOS® Record 55 avec rail standard	REF
<p>Single-Docking-Station (SDS)            [2] Single-Docking-Station permet l'utilisation de bocaux DDS avec un rail standard.            Attention : Bocaux non compris !</p>	320.0640.0
<p>[3] Couvercle pour bocal à sécrétions, support rail standard inclus</p>	444.0650.0
<p>Set prise de connexion double            [4] Composée de :            Prise de connexion double, Réducteur de diamètre, Sécurité anti-débordement mécanique</p>	444.0640.0
<p>[5] Bocal à sécrétions gradué, verre 1,5 l            Hauteur 192 mm, Ø 115 mm</p>	444.0032.0
<p>[6] Bocal à sécrétions gradué, verrre 3 l            Hauteur 247 mm, Ø 145 mm</p>	444.0033.0
<p>[7] Bocal à sécrétions gradué, verre 5 l            Hauteur 302 mm, Ø 169 mm</p>	444.0034.0
<p>Bocal de sécurité 250 ml            [8] avec filtre anti-bactérien DDS intégré / sécurité anti-débordement, incluant adaptateur pour arthroscopie (lavages,...), chirurgie maxillo-faciale, liposuction etc.</p>	444.0646.1
<p>Sélecteur            Permet de passer d'un bocal à sécrétions à l'autre.            [9] Peut être fixé sur le rail standard avec la REF 340.0095.0.            Matériel : aluminium            N'est pas nécessaire pour le DDS !</p>	340.0096.0



[1] REF 443.0700.0



[2] REF 320.0640.0



[3] REF 444.0650.0



[4] REF 444.0640.0



[5] REF 444.0032.0



[6] REF 444.0033.0



[7] REF 444.0034.0



[8] REF 444.0646.1



[9] REF 340.0096.0

## Receptal®

Accessoires	REF
[1] Bocal extérieur Receptal® 1,5 l	310.0221.0
[2] Bocal extérieur Receptal® 2 l	443.0256.0
[3] Bocal extérieur Receptal® 3 l	444.0157.0
Paquet Receptal® 2 x 1,5 l composé de : 2 supports Receptal® simples, [4] 2 bocaux pour poches d'aspiration Receptal® 1,5 l, 2 poches d'aspiration Receptal® 1,5 l, dont une avec filtre anti-débordement intégré, tubulure de raccordement L = 12 cm L'appareil de base doit être commandé séparément !	444.0027.0
Paquet Receptal® 1 x 2 l composé de : 1 support Receptal® simple, [5] 1 bocal pour poche d'aspiration Receptal® 2 l, 1 poche d'aspiration Receptal® 2 l avec filtre anti-débordement intégré, tubulure de raccordement L = 12 cm L'appareil de base doit être commandé séparément !	444.0030.0
[6] Paquet Receptal® 2 x 2 l	444.0028.0
[7] Paquet Receptal® 1 x 3 l	444.0031.0
[8] Paquet Receptal® 2 x 3 l	444.0029.0
Consommables	REF
Poche d'aspiration Receptal® 1,5 l, avec filtre anti-débordement intégré [9] Non autoclavable, 50 pces. Remplacement : à chaque patient	310.0222.2
Poche d'aspiration Receptal® 2 l, sans filtre anti-débordement intégré [10] Non autoclavable, 50 pces. Remplacement : à chaque patient	443.0257.0
Poche d'aspiration Receptal® 2 l, avec filtre anti-débordement intégré	443.0257.2
Poche d'aspiration Receptal® 3 l, sans filtre anti-débordement intégré [11] Pour connexion tubulure tandem, non autoclavable, 50 pces., Remplacement : à chaque patient	444.0153.0
Poche d'aspiration Receptal® 3 l, avec filtre anti-débordement intégré	444.0154.0



1 REF 310.0221.0



2 REF 443.0256.0



3 REF 444.0157.0



4 REF 444.0027.0



5 REF 444.0030.0



6 REF 444.0028.0



7 REF 444.0031.0



8 REF 444.0029.0



9 REF 310.0222.2

10 REF 443.0257.0

11 REF 444.0153.0

## Serres® & MediVac®

Accessoires Serres®	REF
[1] Poche d'aspiration Serres® 1 l, non autoclavable, 36 pces. Avec connexion angulée	312.0466.0
[2] Poche d'aspiration Serres® 2 l avec produit gélifiant Non autoclavable, 22 pièces	310.0400.0
[3] Poche d'aspiration Serres® 3 l avec produit gélifiant Non autoclavable, 20 pièces	310.0401.0
[4] Bocal extérieur 1 l Serres®	312.0465.0
[5] Bocal Serres® 2 l	310.0402.0
[6] Bocal Serres® 3 l	310.0403.0
[7] Pince de fixation Serres®	340.0095.0
Accessoires MediVac®	REF
[8] Bocal extérieur 1l Medi-Vac®	312.0473.0
[9] Support rail standard pour système à usage unique Medi-Vac® 1 l, 1,5 l	444.0451.0
Consommables MediVac®	REF
[10] Poche d'aspiration 1 l Medi-Vac®, non autoclavable. 50 pces.	312.0474.0



[1] REF 310.0400.0



[2] REF 312.0466.0



[3] REF 310.0401.0



[4] REF 312.0465.0



[5] REF 310.0402.0



[6] REF 310.0403.0



[7] REF 340.0095.0



[8] REF 312.0473.0



[9] REF 444.0451.0



[10] REF 312.0474.0

## Accessoires

Accessoires pour tous les Record 55 ATMOS	REF
<p>[1] Set d'installation pour pédale Marche/Arrêt Pour mettre en marche et arrêter l'appareil</p>	443.0755.0
<p>[2] Set Pédale de réglage Pour régler le vacuum</p>	443.0770.0
<p>[3] Support tuyau, acier inox à accrocher sur rail standard</p>	320.0611.0
<p>[4] Tablette, acier inox avec fixation pour rail standard</p>	443.0790.0



[1] REF 443.0755.0



[2] REF 443.0770.0



[3] REF 320.0611.0



[4] REF 443.0790.0

## Consommables

Consommables	REF
<p>[1] Tubulure d'aspiration, silicone, Ø 10 mm, L = 2 m, 1 pièce Autoclavable. Remplacement : après 20 autoclavages</p>	000.0243.0
<p>[2] Tubulure d'aspiration, silicone, Ø 6 mm, L = 2 m, 1 pièce Autoclavable à 134°C, Remplacement après 20 autoclavages</p>	000.0361.0
<p>[3] Tubulure d'aspiration, usage unique, Ø 6 mm, L = 2,10 m, 50 pces. Emballée à l'unité. Remplacement : à chaque patient</p>	006.0059.0
<p>Filtre anti-bactérien pour bocaux ATMOS DDS, Paquet de 10 pièces [4] Caractéristiques : Le filtre anti-bactérien évite le passage de bactéries et de germes de la pompe à l'air ambiant.</p>	340.0054.0
<p>[5] Collecteur de tissus 300 ml, usage unique Ø 6 mm, à remplacer à chaque patient</p>	340.0061.0
<p>[6] Collecteur pour prélèvements, à usage unique 50 ml, Remplacement : à chaque patient</p>	401.0555.0
<p>[7] Filtre anti-bactérien Usage unique, non autoclavable.</p>	443.0738.0
<p>[8] Filtre anti-bactérien FFG - hydrophobe</p>	444.0082.0
<p>[9] Filtre anti-bactérien Usage unique, non autoclavable, remplacement : à chaque patient</p>	444.0628.0



[1] REF 000.0243.0



[2] REF 000.0361.0



[3] REF 006.0059.0



[4] REF 340.0054.0



[5] REF 340.0061.0



[6] REF 401.0555.0



[7] REF 443.0738.0



[8] REF 444.0082.0



[9] REF 444.0628.0



**MedizinTechnik**

ATMOS MedizinTechnik France  
3 Allée des Maraîchers  
13013 Marseille  
Téléphone +33 4 91 44 32 94  
[info@atmosfrance.fr](mailto:info@atmosfrance.fr)

**[www.atmosmed.fr](http://www.atmosmed.fr)**