




Medline International France SAS  
Le Val Saint Quentin  
2 rue René Caudron  
78960 Voisins-le-Bretonneux

Tél. : +33 1 30 05 34 00  
Fax : +33 1 30 05 34 43  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)



## Eclipse®

# Champ de Laparotomie avec film à inciser

### Référence(s)

29511CEA

### Description

Un carré de transfert stérile 86x86 cm contient :

- 1 champ de Laparotomie en spunlace 196/254x314 cm, protections d'appui-bras, avec renfort absorbant 66x67 cm, fenêtre 23x37 cm, film à inciser plein, tapis pour instruments, 3 passe-tubulures (SP selon EN13795-1)

### Matière(s)

Eclipse® spunlace (polyester + fibres de cellulose)  
Renfort absorbant polyrayon (polyester + viscose)

### Conditionnement

10 unités par carton

### Emballage

Sac de stérilisation  
2 sacs en polyéthylène contiennent l'ensemble des unités dans un carton

### Fabricant légal

Medline International France SAS  
EN ISO 13485

### Réglementation

Conforme à la Directive 93/42/CEE  
Classe du dispositif: I stérile

- Veuillez consulter l'étiquette et le mode d'emploi (le cas échéant) avant d'utiliser le produit.

Révision: 5

Titre du document: FINT441 - Technical sheet

Numéro de document : EU1-00004-F-00025



STERILE EO

2797

Sans latex

© 2022 Medline Industries LP ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés.  
TDS\_GenSurgDrape\_29511CEA\_FR02