

D-fend páráscsapda	Magyar
Fekete	Zwart
REF 876446-HEL	REF 876446-HEL
Szimbólumok	Symbolen
Kérjük a 2087478-001-es termék csomagolásán belül található használati útmutatót tekintse át a szimbólumok magyarázatához.	Readpleeg de afzonderlijke brochure 2087478-001 die is meegeleverd bij het productpakket voor uitleg van de symbolen.
Rendeltetés	Toepassing
E-CAIO/VI/GE gázmodulokhoz és monitorokhoz alátámasztó környezetben.	Voor GE-gasmodules E-CAIO/VI/GE en monitoren in anesthesie-omgeving.
A D-fend páráscsapda védelmet nyújt a GE monitoroknak a párártól, valóidektől és baktériumfertőzésektől.	De D-fend vochtvanger beschermt uw GE-monitor tegen vocht, secreten en bacteriële contaminatie.
Vérható élettartam	Verwachte levensduur
A becsült szerviz idő az az időtartam, amelyen belül a páráscsapda baktériumgáson hozható át. A következő kritériumokat vegye figyelembe a becsült szerviz idő meghatározásához. - A gázok készülék jelei a páráscsapda cseréjének idejét. - A páráscsapda használatba vétele után 2 hónapig tel el.	De verwachte levensduur is de periode waarin de vochtvanger naar verwachting veilig kan worden gebruikt. De volgende criteria kunnen worden gebruikt om het einde van de verwachte levensduur te bepalen: - Hestoppertapparaat geeft aan dat vochtvanger vervangen moet worden. 2 maanden zijn verstreken sinds de vochtvanger in gebruik is genomen.

1. ábra, páráscsapda alkatrészek

- (1) Kasset

(2) Vízszűrő

Anyagok
PA, PC, PTFE
Ez a termék nem természetes latexgumiból készült.
Használati útmutató
- A modulhoz a por bejutásának megakadályozására érdekében a páráscsapdát feltétlenül szűrőlevegővel kell ellátni. Egy új páráscsapda használatba vételkor, írja fel a dátumot a páráscsapda kassetjén található tájékoztató címkére. - Schrijf de datum van ingebruikname van een nieuwe vochtvanger op het label van de vochtvanger. - Cserélje le a páráscsapdát váltóanyagot a gázok készülék jelei a cserélt. A páráscsapda maximális élettartama 2 hónap. - Utlitse a tartályt ha félig megtelt a vízzel feltöltésselával a páráscsapda levegőszűrőjét. - Csatlakoztassa a páráscsapdát a modulhoz, érseken a helyére nyomva, hogy a zárcsapcsaptyú kattanó hangot adjon. - Bevezesse a vochtvanger op de module door deze stekje in zijn plek te drukken, waardoor de vergrendelingsgreep een klikgeluid maakt. - Controleer of de luchtwegadaptor met de samplepoort naar boven is gericht, zodat er geen vocht in de sampleslang kan lopen.
Karbantartás
- A páráscsapda kassetje eldobható. Ne szedtesse, mossa vagy használja újra a felhasznált/lejárdatott páráscsapda kassetjét. - A vízfolytatást nem károsítja a fertőtlenítésszeres kézi tisztítás, gépi tisztítás 85°C-95°C között vagy a megfelelő fertőtlenítőszerek alkalmazása. Biztonságosan meg arról, a hogy tartályban ne maradjon alkohol vagy mosószert, továbbá, hogy használat előtt száraz legyen. - Az egyes készülék vagy egyes részeknek megsemmisítésükor kövesse a helyi környezetvédelmi és hulladékkezelési előírásokat.
Figyelmeztetések
Amikor ilyen tartozékokat használnak, szakképzett személy jelenléte elengedhetetlen. - Ne hagyja el levegőt a páráscsapdán. - Ne tegye, hogy füst vagy por kerüljön a páráscsapdába. - Készülék működésén nem engedélyezett.
Vigázat
- A készülék nem tisztítja, vagy fertőtleníti a páráscsapdát. Továbbis el a mintavételezések a pácsán körül, addig amig gyűbőszegőszorlasztót használ.

Műszaki adatok
A műszaki leírás táda a kiszolgáló készülék használati útmutatójához, vagy lépjen kapcsolatba a helyi kereskedelmi képvisellel.
Védjegyek
A GE és GE Monogarm a General Electric Company védjegyei. A D-fend a GE Healthcare Finland Oy cég védjegye.
Rendelési információk
További információ a GE katalógusában található, vagy forduljon a helyi forgalmazóhoz.
Copyright © 2006-2015 General Electric Company. Minden jog fenntartva.

D-fend páráscsapda	Русский
Черный	Чёрный
REF 876446-HEL	REF 876446-HEL
Символы	Символы
Описание значений символов приведено в отдельном вкладыше 2087478-001, который входит в комплект поставки изделия.	Описание значений символов приведено в отдельном вкладыше 2087478-001, который входит в комплект поставки изделия.
Назначение	Назначение
Устройство предназначено для использования с газовыми модулями GE E-CAIO/VI/GE и мониторами анестезиологического оборудования.	Устройство предназначено для использования с газовыми модулями GE E-CAIO/VI/GE и мониторами анестезиологического оборудования.
Влагодетель D-fend заштителен мониторами GE от влакостни, секреторных выделений и бактериального загрязнения.	Влагодетель D-fend заштителен мониторами GE от влакостни, секреторных выделений и бактериального загрязнения.
Ожидаемый срок службы	Ожидаемый срок службы
Ожидаемый срок службы – это период времени, в течение которого использование влагодетеля будет безопасным. Следующие критерии могут быть использованы для определения окончания ожидаемого срока службы: - Срабатывание индикатора о необходимости замены влагодетеля на мониторе аппарата. - Через 2 месяца с момента начала использования влагодетеля.	Ожидаемый срок службы – это период времени, в течение которого использование влагодетеля будет безопасным. Следующие критерии могут быть использованы для определения окончания ожидаемого срока службы: - Срабатывание индикатора о необходимости замены влагодетеля на мониторе аппарата. - Через 2 месяца с момента начала использования влагодетеля.

D-fend páráscsapda	Русский
Чёрный	Чёрный
REF 876446-HEL	REF 876446-HEL
Символы	Символы
Описание значений символов приведено в отдельном вкладыше 2087478-001, который входит в комплект поставки изделия.	Описание значений символов приведено в отдельном вкладыше 2087478-001, который входит в комплект поставки изделия.
Назначение	Назначение
Устройство предназначено для использования с газовыми модулями GE E-CAIO/VI/GE и мониторами анестезиологического оборудования.	Устройство предназначено для использования с газовыми модулями GE E-CAIO/VI/GE и мониторами анестезиологического оборудования.
Влагодетель D-fend заштителен мониторами GE от влакостни, секреторных выделений и бактериального загрязнения.	Влагодетель D-fend заштителен мониторами GE от влакостни, секреторных выделений и бактериального загрязнения.
Ожидаемый срок службы	Ожидаемый срок службы
Ожидаемый срок службы – это период времени, в течение которого использование влагодетеля будет безопасным. Следующие критерии могут быть использованы для определения окончания ожидаемого срока службы: - Срабатывание индикатора о необходимости замены влагодетеля на мониторе аппарата. - Через 2 месяца с момента начала использования влагодетеля.	Ожидаемый срок службы – это период времени, в течение которого использование влагодетеля будет безопасным. Следующие критерии могут быть использованы для определения окончания ожидаемого срока службы: - Срабатывание индикатора о необходимости замены влагодетеля на мониторе аппарата. - Через 2 месяца с момента начала использования влагодетеля.

Рис. 1 Конструкция детали влагодетеля	Словенски
(1) Картридж (2) Контейнер для воды	Črna
	REF 876446-HEL
Символы	Simboli
Условные обозначения приведены в отдельной брошюре 2087478-001, которая находится в балении продукта.	Vysvetljenje simbolov najdete v samostojni brošuri 2087478-001, ktorá sa nachádza v balení produktu.
Určene pouzitie	Uporabiti
Pre moduly na meranie plynov E-CAIO/VI/GE ali spoločnosti GE a monitory v prostredí anestézie.	Za GE module za gas E-CAIO/VI/GE ali monitore v okruženju anestezije.
Odlučovač vody D-fend chráni váš GE monitor pred vlhkosťou, výsklyami a bakteriálnou kontamináciou.	Odlučovač vody D-fend chráni váš GE monitor od vlage, sekreta i bakteriellnaga zagađenja.
Očakávaná prevádzková životnosť	Očekivani radni vek
Očakávaná prevádzková životnosť je časové obdobie počas ktorého sa očakáva, že odlučovač vody zostane bezpečný na používanie. Pre určenie konca očakávanej prevádzkovej životnosti môžu byť použité nasledujúce kritériá: – hostiteľské zariadenia uvádzajú, že je potrebné vymeniť odlučovač vody. – po uplynutí 2 mesiacov po začatí používania odlučovača vody.	Očekivani radni vek je vremenski period tokom koga se očekuje da čašica za vodu bude bezbedna za upotrebu. Sledeći kriterijumi mogu se koristiti za određivanje kraja očekivanog radnog veka. – Matični uređaji pokazuju da čašica za vodu treba da se zameni. – Prošla su 2 meseca od stavljanja čašice za vodu u upotrebu.
Obrázek 1 Časť odlučovača vody	Srpski
(1) Kaset (2) Nádoba na vodu	Crna
	REF 876446-HEL
Символы	Simboli
Условные обозначения приведены в отдельной брошюре 2087478-001, которая находится в упаковке продукта.	Pogledajte posebni listak 2087478-001 koji se nalazi u pakovanju proizvoda radi objašnjenja simbola.
Určene pouzitie	Upotreba
Pre moduly na meranie plynov E-CAIO/VI/GE ali spoločnosti GE a monitory v prostredí anestézie.	Za GE module za gas E-CAIO/VI/GE ali monitore u okruženju anestezije.
Odlučovač vody D-fend chráni váš GE monitor pred vlhkosťou, výsklyami a bakteriálnou kontamináciou.	Odlučovač vody D-fend chráni vašu GE monitor od vlage, sekreta i bakteriellnaga zagađenja.
Očakávaná prevádzková životnosť	Očekivani radni vek
Očakávaná prevádzková životnosť je časové obdobie počas ktorého sa očakáva, že odlučovač vody zostane bezpečný na používanie. Pre určenie konca očakávanej prevádzkovej životnosti môžu byť použité nasledujúce kritériá: – hostiteľské zariadenia uvádzajú, že je potrebné vymeniť odlučovač vody. – po uplynutí 2 mesiacov po začatí používania odlučovača vody.	Očekivani radni vek je vremenski period tokom koga se očekuje da čašica za vodu bude bezbedna za upotrebu. Sledeći kriterijumi mogu se koristiti za određivanje kraja očekivanog radnog veka. – Matični uređaji pokazuju da čašica za vodu treba da se zameni. – Prošla su 2 meseca od stavljanja čašice za vodu u upotrebu.
Obrázek 1 Časť odlučovača vody	Srpski
(1) Kaset (2) Nádoba na vodu	Crna
	REF 876446-HEL
Символы	Simboli
Условные обозначения приведены в отдельной брошюре 2087478-001, которая находится в упаковке продукта.	Pogledajte posebni listak 2087478-001 koji se nalazi u pakovanju proizvoda radi objašnjenja simbola.
Určene pouzitie	Upotreba
Pre moduly na meranie plynov E-CAIO/VI/GE ali spoločnosti GE a monitory v prostredí anestézie.	Za GE module za gas E-CAIO/VI/GE ali monitore u okruženju anestezije.
Odlučovač vody D-fend chráni váš GE monitor pred vlhkosťou, výsklyami a bakteriálnou kontamináciou.	Odlučovač vody D-fend chráni vašu GE monitor od vlage, sekreta i bakteriellnaga zagađenja.
Očakávaná prevádzková životnosť	Očekivani radni vek
Očakávaná prevádzková životnosť je časové obdobie počas ktorého sa očakáva, že odlučovač vody zostane bezpečný na používanie. Pre určenie konca očakávanej prevádzkovej životnosti môžu byť použité nasledujúce kritériá: – hostiteľské zariadenia uvádzajú, že je potrebné vymeniť odlučovač vody. – po uplynutí 2 mesiacov po začatí používania odlučovača vody.	Očekivani radni vek je vremenski period tokom koga se očekuje da čašica za vodu bude bezbedna za upotrebu. Sledeći kriterijumi mogu se koristiti za određivanje kraja očekivanog radnog veka. – Matični uređaji pokazuju da čašica za vodu treba da se zameni. – Prošla su 2 meseca od stavljanja čašice za vodu u upotrebu.
Obrázek 1 Časť odlučovača vody	Srpski
(1) Kaset (2) Nádoba na vodu	Crna
	REF 876446-HEL
Символы	Simboli
Условные обозначения приведены в отдельной брошюре 2087478-001, которая находится в упаковке продукта.	Pogledajte posebni listak 2087478-001 koji se nalazi u pakovanju proizvoda radi objašnjenja simbola.
Určene pouzitie	Upotreba
Pre moduly na meranie plynov E-CAIO/VI/GE ali spoločnosti GE a monitory v prostredí anestézie.	Za GE module za gas E-CAIO/VI/GE ali monitore u okruženju anestezije.
Odlučovač vody D-fend chráni váš GE monitor pred vlhkosťou, výsklyami a bakteriálnou kontamináciou.	Odlučovač vody D-fend chráni vašu GE monitor od vlage, sekreta i bakteriellnaga zagađenja.
Očakávaná prevádzková životnosť	Očekivani radni vek
Očakávaná prevádzková životnosť je časové obdobie počas ktorého sa očakáva, že odlučovač vody zostane bezpečný на používanie. Pre určenie konca očakávanej prevádzkovej životnosti môžu být použité nasledujúce kritériá: – hostiteľské zariadenia uvádzajú, že je potrebné vymeniť odlučovač vody. – po uplynutí 2 mesiacov po začatí používania odlučovača vody.	Očekivani radni vek je vremenski period tokom koga se očekuje da čašica za vodu bude bezbedna za upotrebu. Sledeći kriterijumi mogu se koristiti za određivanje kraja očekivanog radnog veka. – Matični uređaji pokazuju da čašica za vodu treba da se zameni. – Prošla su 2 meseca od stavljanja čašice za vodu u upotrebu.
Obrázek 1 Časť odlučovača vody	Srpski
(1) Kaset (2) Nádoba na vodu	Crna
	REF 876446-HEL
Символы	Simboli
Условные обозначения приведены в отдельной брошюре 2087478-001, которая находится в упаковке продукта.	Pogledajte posebni listak 2087478-001 koji se nalazi u pakovanju proizvoda radi objašnjenja simbola.
Určene pouzitie	Upotreba
Pre moduly na meranie plynov E-CAIO/VI/GE ali spoločnosti GE a monitory v prostredí anestézie.	Za GE module za gas E-CAIO/VI/GE ali monitore u okruženju anestezije.
Odlučovač vody D-fend chráni váš GE monitor pred vlhkosťou, výsklyami a bakteriálnou kontamináciou.	Odlučovač vody D-fend chráni vašu GE monitor od vlage, sekreta i bakteriellnaga zagađenja.
Očakávaná prevádzková životnosť	Očekivani radni vek
Očakávaná prevádzková životnosť je časové obdobie počas ktorého sa očakáva, že odlučovač воды останется безопасным на использование. Для определения окончания ожидаемого срока службы могут быть использованы следующие критерии: – hostiteľské zariadenia uvádzajú, že je potrebné vymeniť odlučovač vody. – po uplynutí 2 mesiacov po začatí používania odlučovača vody.	Očekivani radni vek je vremenski period tokom koga se očekuje da čašica za vodu bude bezbedna za upotrebu. Sledeći kriterijumi mogu se koristiti za određivanje kraja očekivanog radnog veka. – Matični uređaji pokazuju da čašica za vodu treba da se zameni. – Prošla su 2 meseca od stavljanja čašice za vodu u upotrebu.
Obrázek 1 Časť odlučovača vody	Srpski
(1) Kaset (2) Nádoba na vodu	Crna
	REF 876446-HEL
Символы	Simboli
Условные обозначения приведены в отдельной брошюре 2087478-001, которая находится в упаковке продукта.	Pogledajte posebni listak 2087478-001 koji se nalazi u pakovanju proizvoda radi objašnjenja simbola.
Určene pouzitie	Upotreba
Pre moduly na meranie plynov E-CAIO/VI/GE ali spoločnosti GE a monitory v prostredí anestézie.	Za GE module za gas E-CAIO/VI/GE ali monitore u okruženju anestezije.
Odlučovač vody D-fend chráni váš GE monitor pred vlhkosťou, výsklyami a bakteriálnou kontamináciou.	Odlučovač vody D-fend chráni vašu GE monitor od vlage, sekreta i bakteriellnaga zagađenja.
Očakávaná prevádzková životnosť	Očekivani radni vek
Očakávaná prevádzková životnosť je časové obdobie počas ktorého sa očakáva, že odlučovač воды останется безопасным на использование. Для определения окончания ожидаемого срока службы могут быть использованы следующие критерии: – hostiteľské zariadenia uvádzajú, že je potrebné vymeniť odlučovač воды. – po uplynutí 2 mesiacov po začatí používania odlučovača воды.	Očekivani radni vek je vremenski period tokom koga se očekuje da čašica za vodu bude bezbedna za upotrebu. Sledeći kriterijumi mogu se koristiti za određivanje kraja očekivanog radnog veka. – Matični uređaji pokazuju da čašica za vodu treba da se zameni. – Prošla su 2 meseca od stavljanja čašice za vodu u upotrebu.
Obrázek 1 Časť odlučovača vody	Srpski
(1) Kaset (2) Nádoba na vodu	Crna
	REF 876446-HEL
Символы	Simboli
Условные обозначения приведены в отдельной брошюре 2087478-001, которая находится в упаковке продукта.	Pogledajte posebni listak 2087478-001 koji se nalazi u pakovanju proizvoda radi objašnjenja simbola.
Určene pouzitie	Upotreba
Pre moduly na meranie plynov E-CAIO/VI/GE ali spoločnosti GE a monitory v prostredí anestézie.	Za GE module za gas E-CAIO/VI/GE ali monitore u okruženju anestezije.
Odlučovač vody D-fend chráni váš GE monitor pred vlhkosťou, výsklyami a bakteriálnou kontamináciou.	Odlučovač vody D-fend chráni vašu GE monitor od vlage, sekreta i bakteriellnaga zagađenja.
Očakávaná prevádzková životnosť	Očekivani radni vek
Očakávaná prevádzková životnosť je časové obdobie počas ktorého sa očakáva, že odlučovač воды останется безопасным на использование. Для определения окончания ожидаемого срока службы могут быть использованы следующие критерии: – hostiteľské zariadenia uvádzajú, že je potrebné vymeniť odlučovač воды. – po uplynutí 2 mesiacov po začatí používania odlučovača воды.	Očekivani radni vek je vremenski period tokom koga se očekuje da čašica za vodu bude bezbedna za upotrebu. Sledeći kriterijumi mogu se koristiti za određivanje kraja očekivanog radnog veka. – Matični uređaji pokazuju da čašica za vodu treba da se zameni. – Prošla su 2 meseca od stavljanja čašice za vodu u upotrebu.
Obrázek 1 Časť odlučovača vody	Srpski
(1) Kaset (2) Nádoba na vodu	Crna
	REF 876446-HEL
Символы	Simboli
Условные обозначения приведены в отдельной брошюре 2087478-001, которая находится в упаковке продукта.	Pogledajte posebni listak 2087478-001 koji se nalazi u pakovanju proizvoda radi objašnjenja simbola.
Určene pouzitie	Upotreba
Pre moduly na meranie plynov E-CAIO/VI/GE ali spoločnosti GE a monitory v prostredí anestézie.	Za GE module za gas E-CAIO/VI/GE ali monitore u okruženju anestezije.
Odlučovač vody D-fend chráni váš GE monitor pred vlhkosťou, výsklyami a bakteriálnou kontamináciou.	Odlučovač vody D-fend chráni vašu GE monitor od vlage, sekreta i bakteriellnaga zagađenja.
Očakávaná prevádzková životnosť	Očekivani radni vek
Očakávaná prevádzková životnosť je časové obdobie počas ktorého sa očakáva, že odlučovač воды останется безопасным на использование. Для определения окончания ожидаемого срока службы могут быть использованы следующие критерии: – hostiteľské zariadenia uvádzajú, že je potrebné vymeniť odlučovač воды. – po uplynutí 2 mesiacov po začatí používania odlučovača воды.	Očekivani radni vek je vremenski period tokom koga se očekuje da čašica za vodu bude bezbedna za upotrebu. Sledeći kriterijumi mogu se koristiti za određivanje kraja očekivanog radnog veka. – Matični uređaji pokazuju da čašica za vodu treba da se zameni. – Prošla su 2 meseca od stavljanja čašice za vodu u upotrebu.
Obrázek 1 Časť odlučovača vody	Srpski
(1) Kaset (2) Nádoba na vodu	Crna
	REF 876446-HEL
Символы	Simboli
Условные обозначения приведены в отдельной брошюре 2087478-001, которая находится в упаковке продукта.	Pogledajte posebni listak 2087478-001 koji se nalazi u pakovanju proizvoda radi objašnjenja simbola.
Určene pouzitie	Upotreba
Pre moduly na meranie plynov E-CAIO/VI/GE ali spoločnosti GE a monitory v prostredí anestézie.	Za GE module za gas E-CAIO/VI/GE ali monitore u okruženju anestezije.
Odlučovač vody D-fend chráni váš GE monitor pred vlhkosťou, výsklyami a bakteriálnou kontamináciou.	Odlučovač vody D-fend chráni vašu GE monitor od vlage, sekreta i bakteriellnaga zagađenja.
Očakávaná prevádzková životnosť	Očekivani radni vek
Očakávaná prevádzková životnosť je časové obdobie počas ktorého sa očakáva, že odlučovač воды останется безопасным на использование. Для определения окончания ожидаемого срока службы могут быть использованы следующие критерии: – hostiteľské zariadenia uvádzajú, že je potrebné vymeniť odlučovač воды. – po uplynutí 2 mesiacov po začatí používania odlučovača воды.	Očekivani radni vek je vremenski period tokom koga se očekuje da čašica za vodu bude bezbedna za upotrebu. Sledeći kriterijumi mogu se koristiti za određivanje kraja očekivanog radnog veka. – Matični uređaji pokazuju da čašica za vodu treba da se zameni. – Prošla su 2 meseca od stavljanja čašice za vodu u upotrebu.
Obrázek 1 Časť odlučovača vody	Srpski
(1) Kaset (2) Nádoba na vodu	Crna
	REF 876446-HEL
Символы	Simboli
Условные обозначения приведены в отдельной брошюре 2087478-001, которая находится в упаковке продукта.	Pogledajte posebni listak 2087478-001 koji se nalazi u pakovanju proizvoda radi objašnjenja simbola.
Určene pouzitie	Upotreba
Pre moduly na meranie plynov E-CAIO/VI/GE ali spoločnosti GE a monitory v prostredí anestézie.	Za GE module za gas E-CAIO/VI/GE ali monitore u okruženju anestezije.
Odlučovač vody D-fend chráni váš GE monitor pred vlhkosťou, výsklyami a bakteriálnou kontamináciou.	Odlučovač vody D-fend chráni vašu GE monitor od vlage, sekreta i bakteriellnaga zagađenja.
Očakávaná prevádzková životnosť	Očekivani radni vek
Očakávaná prevádzková životnosť je časové obdobie počas ktorého sa očakáva, že odlučovač воды останется безопасным на использование. Для определения окончания ожидаемого срока службы могут быть использованы следующие критерии: – hostiteľské zariadenia uvádzajú, že je potrebné vymeniť odlučovač воды. – po uplynutí 2 mesiacov po začatí používania odlučovača воды.	Očekivani radni vek je vremenski period tokom koga se očekuje da čašica za vodu bude bezbedna za upotrebu. Sledeći kriterijumi mogu se koristiti za određivanje kraja očekivanog radnog veka. – Matični uređaji pokazuju da čašica za vodu treba da se zameni. – Prošla su 2 meseca od stavljanja čašice za vodu u upotrebu.
Obrázek 1 Časť odlučovača vody	Srpski
(1) Kaset (2) Nádoba na vodu	Crna
	REF 876446-HEL
Символы	Simboli
Условные обозначения приведены в отдельной брошюре 2087478-001, которая находится в упаковке продукта.	Pogledajte posebni listak 2087478-001 koji se nalazi u pakovanju proizvoda radi objašnjenja simbola.
Určene pouzitie	Upotreba
Pre moduly na meranie plynov E-CAIO/VI/GE ali spoločnosti GE a monitory v prostredí anestézie.	Za GE module za gas E-CAIO/VI/GE ali monitore u okruženju anestezije.
Odlučovač vody D-fend chráni váš GE monitor pred vlhkosťou, výsklyami a bakteriálnou kontamináciou.	Odlučovač vody D-fend chráni vašu GE monitor od vlage, sekreta i bakteriellnaga zagađenja.
Očakávaná prevádzková životnosť	Očekivani radni vek
Očakávaná prevádzková životnosť je časové obdobie počas ktorého sa očakáva, že odlučovač воды останется безопасным на использование. Для определения окончания ожидаемого срока службы могут быть использованы следующие критерии: – hostiteľské zariadenia uvádzajú, že je potrebné vymeniť odlučovač воды. – po uplynutí 2 mesiacov po začatí používania odlučovača воды.	Očekivani radni vek je vremenski period tokom koga se očekuje da čašica za vodu bude bezbedna za upotrebu. Sledeći kriterijumi mogu se koristiti za određivanje kraja očekivanog radnog veka. – Matični uređaji pokazuju da čašica za vodu treba da se zameni. – Prošla su 2 meseca od stavljanja čašice za vodu u upotrebu.
Obrázek 1 Časť odlučovača vody	Srpski
(1) Kaset (2) Nádoba na vodu	Crna
	REF 876446-HEL
Символы	Simboli
Условные обозначения приведены в отдельной брошюре 2087478-001, которая находится в упаковке продукта.	Pogledajte posebni listak 2087478-001 koji se nalazi u pakovanju proizvoda radi objašnjenja simbola.
Určene pouzitie	Upotreba
Pre moduly na meranie plynov E-CAIO/VI/GE ali spoločnosti GE a monitory v prostredí anestézie.	Za GE module za gas E-CAIO/VI/GE ali monitore u okruženju anestezije.
Odlučovač vody D-fend chráni váš GE monitor pred vlhkosťou, výsklyami a bakteriálnou kontamináciou.	Odlučovač vody D-fend chráni vašu GE monitor od vlage, sekreta i bakteriellnaga zagađenja.
Očakávaná prevádzková životnosť	Očekivani radni vek
Očakávaná prevádzková životnosť je časové obdobie počas ktorého sa očakáva, že odlučovač воды останется безопасным на использование. Для определения окончания ожидаемого срока службы могут быть использованы следующие критерии: – hostiteľské zariadenia uvádzajú, že je potrebné vymeniť odlučovač воды. – po uplynutí 2 mesiacov po začatí používania odlučovača воды.	Očekivani radni vek je vremenski period tokom koga se očekuje da čašica za vodu bude bezbedna za upotrebu. Sledeći kriterijumi mogu se koristiti za određivanje kraja očekivanog radnog veka. – Matični uređaji pokazuju da čašica za vodu treba da se zameni. – Prošla su 2 meseca od stavljanja čašice za vodu u upotrebu.
Obrázek 1 Časť odlučovača vody	Srpski
(1) Kaset (2) Nádoba na vodu	Crna
	REF 876446-HEL
Символы	Simboli
Условные обозначения приведены в отдельной брошюре 2087478-001, которая находится в упаковке продукта.	Pogledajte posebni listak 2087478-001 koji se nalazi u pakovanju proizvoda radi objašnjenja simbola.
Určene pouzitie	Upotreba
Pre moduly na meranie plynov E-CAIO/VI/GE ali spoločnosti GE a monitory v prostredí anestézie.	Za GE module za gas E-CAIO/VI/GE ali monitore u okruženju anestezije.
Odlučovač vody D-fend chráni váš GE monitor pred vlhkosťou, výsklyami a bakteriálnou kontamináciou.	Odlučovač vody D-fend chráni