




Medline France SAS  
Le Val Saint Quentin  
2 rue René Caudron  
78960 Voisins le Bretonneux

Tel : 01 30 05 34 00

Fax : 01 30 05 34 52

[www.medline.com/fr](http://www.medline.com/fr)



## Fiche technique

## Trousse de craniotomie

### Référence(s)

**CP29544CE**

### Description

Un carré de transfert 112x112 cm contient :

- 1 couvre-table 140x190 cm, 75 µm contenant:

- 1 champ de neurochirurgie spunlace 254x241 cm, avec fenêtre 28x18 cm avec film à inciser, renfort déperlant 49,5x72 cm, poche de recueil de fluides et 2 passe-tubulures
- 1 couvre-table 140x190 cm, 75 µm, plié
- 1 champ spunlace 196x249 cm
- 4 champs trilaminés adhésifs 65x49 cm
- 1 bande adhésive transparente 8x40 cm
- 2 essuie-mains 39x30 cm, dépliés

### Matière(s)

Trilaminé absorbant et imperméable (polypropylène + polyéthylène)

Spunlace Eclipse® (polyester + cellulose)

Renfort déperlant SMMMS (polypropylène + polyéthylène)

### Conditionnement

4 unités par carton

### Emballage

Sachet de stérilisation à entête

1 sac polyéthylène contient l'ensemble des unités

### Fabricant

Medline International France SAS

Certifié EN ISO 13485

### Réglementation

Conforme à la Directive 93/42/CEE

Classe du dispositif : I stérile

HP : conforme aux exigences de haute performance de la norme EN 13795



Sans latex



0086



STERILE EO



© 2014 Medline Industries Inc. ou une de ses filiales.  
Tous droits réservés

LIT-CP29544CE-FR02

01.01.INT.12