



Fiche technique

Stat Padz II Adultes de formation

ZOLL[®]

Marque :	ZOLL
Référence :	8900-0805-01
Fournisseur :	ZOLL MEDICAL France
Classe du produit (marquage CE) :	I
Fabricant	ZOLL MEDICAL CORPORATION
Désignation du modèle :	Electrodes Stat Padz II de formation- Adultes
Usage unique	OUI
Patient unique	OUI
Adulte	OUI
Pédiatrique	NON
Néonatalogique	NON
Pas de présence de Latex	NON
Usage	Electrode de formation, à usage non clinique
L'électrode de défibrillation est compatible avec moniteur de modèle:	AED Plus - AED Pro
Longueur mm	1620
Largeur mm	1270
Diamètre Partie 2	1600
Epaisseur mm	3
Longeur des cables liés avec l'électrode de défibrillation en cm	70
L'électrode de défibrillation est-elle réparable	NON
Temps de conservation clos après fabrication	24 mois
Temps de conservation ouvert du conditionnement en jours	1

Duomed France Solutions

Siège Social : 26, rue de la Montée • 68720 Flaxlanden • France

Locaux IdF : 12-14, rue Sarah Bernhardt • 92600 Asnières-Sur-Seine • France

T +33 (0)3 89 06 14 44 • info.solutions.fr@duomed.com • www.duomed.com



DUOMED

URGENCES ET REANIMATION

Conditionnement transparent	NON
Conditionnement stérile	NON
Type de conditionnement :	Enveloppe papier scellée, laminé aluminium
Quantité de pièce minimal par conditionnement	6



Duomed France Solutions

Siège Social : 26, rue de la Montée • 68720 Flaxlanden • France

Locaux IdF : 12-14, rue Sarah Bernhardt • 92600 Asnières-Sur-Seine • France

T +33 (0)3 89 06 14 44 • info.solutions.fr@duomed.com • www.duomed.com