



**BATCH RELEASE AND CONFORMITY CERTIFICATE
CERTIFICAT DE CONFORMITE ET
DE LIBERATION DE LOT**

DIAGAST
251, Av. E. Avinée –
59120 LOOS France
www.diagast.com

REF 59502

LOT

SERA CQI



CE
0459

SPECIFICITY CONTROL / CONTROLE DE SPECIFICITE

- Technique : Erythrocytes Magnetised Technology.
- Panel : Red cells O having the following antigens / *Globules O ayant les antigènes suivants* : Cw, C, c, D, E, e, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, Lua, Lub, Kpa, Kpb, M, N, S, s, Lea, Leb, P1, except the antigens which corresponds to the antibodies present in the reagent / *sauf ceux correspondants aux Ac présents dans le réactif*.
- Spécifications : No positive reaction must be observed. / *Aucune réaction positive ne doit être observée.*

CONFORMITY / CONFORMITE

YES / OUI ☒

NO / NON ☐

ACTIVITY CONTROL / CONTROLE DE SENSIBILITE

- Technique : Erythrocytes Magnetised Technology.
- Panel : Red cells having the antigen which corresponds to the antibodies present in the reagent. *Globules ayant le ou les antigènes correspondant aux anticorps présents dans le réactif.*
- Spécifications : A positive reaction must be observed / *Une réaction positive doit être observée.*

CONFORMITY / CONFORMITE

YES / OUI ☒

NO / NON ☐

CONCLUSION

CONFORMITY / CONFORMITE

YES / OUI ☒

NO / NON ☐

Remark : This reagent does not contain HBs Ag, anti-HIV 1 and 2 antibody, anti-HCV antibody.

Remarque : Ce réactif est dépourvu d'Ag HBs, d'Ac anti-VIH 1 et anti-VIH 2, d'Ac anti-VHC.

Sylvie BEGUE

For PRODUCTS RELEASE
QUALITY ASSURANCE SPECIALIST

RELEASE DATE /
DATE LIBERATION :