



**BATCH RELEASE AND CONFORMITY CERTIFICATE
CERTIFICAT DE CONFORMITE ET
DE LIBERATION DE LOT**

DIAGAST
251, Av. E. Avinée –
59120 LOOS France
www.diagast.com

REF 69013

LOT

LISS



SPECIFICITY CONTROL / CONTROLE DE SPECIFICITE

- Techniques : Saline 37°C
Indirect Antiglobulin Test / *Réaction de Coombs Indirect*
- Panel : red cells O, A and B in suspension in the reagent (LISS)
globules O, A et B en suspension dans le réactif (LISS)
- SPECIFICATIONS : No hemolysis, no agglutination / *Absence d'hémolyse, absence d'agglutination*

CONFORMITY / CONFORMITE : YES / OUI ☒ NO / NON ☐

ACTIVITY CONTROL / CONTROLE DE SENSIBILITE

- Techniques : Saline 37°C
Indirect Antiglobulin Test / *Réaction de Coombs Indirect*
- Panel :
- Serum with antibody / *Sérum avec anticorps*
- Red cells having the corresponding antigen in suspension in the reagent (LISS) and in physiological serum / *Globules possédant l'antigène correspondant en suspension dans le réactif (LISS) et en sérum physiologique.*
- SPECIFICATIONS : Correspondance (at ± 1 titre) between the titre obtained with the LISS suspension and the suspension in physiological serum / *Correspondance (à ± 1 titre) entre le titre obtenu avec la suspension LISS et la suspension en sérum physiologique.*

CONFORMITY / CONFORMITE : YES / OUI ☒ NO / NON ☐

CONCLUSION

CONFORMITY / CONFORMITE : ☒ YES / OUI ☐ NO / NON

Sylvie BEGUE

For PRODUCTS RELEASE
QUALITY ASSURANCE SPECIALIST

RELEASE DATE /
DATE LIBERATION :