

# Sonde de température cutanée Dräger MX 11 001

## Fiche Technique

### Références :

Référence commerciale: MX 11 001

**Ce matériel doit être utilisé par du personnel médical ou para médical.**

### Dénomination commerciale :

Sonde de t° cutanée



### Descriptif du produit :

Sonde cutanée de couleur blanche destinée à mesurer la température périphérique du bébé au sein d'un incubateur ou d'une table de réanimation néonatale Drager.

Angle droit

Exempt de Latex & PVC.

Matériaux :

Câble : TPE (Thermo Plastiques Elastomères)

Pastille : acier inoxydable.

### Condition de stockage :

Température de stockage : 0°- 50°

Durée de vie en rayon : 12 mois dans un endroit propre et sec.

### Modalités d'utilisation :

Sonde cutanée reposant sur une peau propre et sèche. La mise en place se fait à l'aide des pastilles adhésives hypoallergéniques Drager réf MX 11 002

### Contre indications :

Réutilisation, nettoyage, désinfection, stérilisation strictement interdits.

Dans tous les cas, merci de bien vouloir vous référer à la notice d'utilisation de l'appareil et du dispositif livré.

Fabricant du DM : Drägerwerk AG & Co. KGaA  
23542 Lübeck (Allemagne)

**Conditionnement/ Emballage :** Jeu de 5 sondes emballées individuellement sous plastique médicalement propre.

Conditionnement non stérile.

### Périodicité de changement:

Usage unique exclusivement, ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

**Pour l'ouverture, découper le sachet à la main en tirant légèrement sur la zone pré découpée (le long des pointillés)**