



Etalon de contrôle qualité de la dureté dans l'eau potable, plage basse, 500 mL

Réf. produit: 2833749



▼ Caractéristiques

Concentration:	Cuivre : 1,0 mg/L Cu Fer : 0,3 mg/L Fe Manganèse : 0,1 mg/L Mn
Description:	Etalon de contrôle qualité à paramètres multiples pour les métaux dans l'eau potable (plage basse)
Plateforme:	Solution
Shelf Life (days) as of shipment date:	150