



Solution de contrôle ADDISTA

Référence HACH	Référence Dutscher	Conditionnement	€ HT
LCA310	089005	Solution standard pour chlore 25-30 mg/l	NC -
LCA333	752254	Solution étalon pour LCK333	NC -
LCA390	752255	Solution étalon pour LCK390.00	NC -
LCA503	775759	Solution étalon ammonium 50 mg/l Flacon 1 litre	NC -
LCA505	775761	Solution étalon ammonium 2,5 mg/l Flacon 1 litre	NC -
LCA700	775245	Solution étalon mutiéléments pour LCK304/311/328/348/1414/238	NC -
LCA701	775246	Solution étalon mutiéléments pour LCK306/321/329/337/353/360	NC -
LCA702	775247	Solution étalon mutiéléments pour LCK301/308/313/353	NC -
LCA703	775248	Solution étalon mutiéléments pour LCK049/114/LCI400/LCK303/311/339/350/353/384/386	NC -
LCA704	775249	Solution étalon mutiéléments pour LCK153/305/311/314/LCI500/LCK340/349/383/385	NC -
LCA705	775250	Solution étalon mutiéléments pour LCK302/014/387/311	NC -
LCA706	775251	Solution étalon mutiéléments pour LCK521/529/537/LCW032	NC -
LCA707	775252	Solution étalon mutiéléments pour LCK341/614/348	NC -
LCA708	775253	Solution étalon mutiéléments pour LCK338/514/350	NC -
LCA709	775254	Solution étalon mutiéléments pour LCK138/342/349/614	NC -
LCA555	775509	Solution standard pour DBO pour LCK555	NC -

Référence HACH	Référence Dutscher	Désignation	Conditionnement	€ HT
LCW902	775411	Crack set pour la digestion de métaux	50	NC -
LCW904	775717	Kit filtration	50 filtres seringue 1,2 µm et une seringue (10ml)	NC -
LCW906	775805	Cuves ronde 13 mm	25	NC -
LCW912	752264	Distributeur de poudre pour test COT LCK380/381 ET LCW510	1	NC -
LCW916	752263	Kit filtration	50 filtres seringue 0,45 µm et une seringue (10ml)	NC -
LCW919	088986	Jeu de cuves de mesure de la valeur à blanc	5	NC -
LCW925	752262	Kit élimination chlorure	25	NC -

Réactifs WTW

Paramètre	Plage de mesure	Spectroquant	Nombre de tests	Référence	S6/ Nova 30	S12/ Nova 60	6000	Spektral	Photoflex	Solution Combicheck	€ HT
Ammonium	0,01 - 2 mg/l N-NH ₄ 0,01 - 2,6 mg/l NH ₄	14739	25	799204	✓	✓	✓	✓	-	50	NC -
	0,02 - 8 mg/l N-NH ₄ 0,26 - 10,3 mg/l NH ₄	A6/25	25	799098	✓	✓	✓	✓	✓	10	NC -
	0,5 - 16 mg/l N-NH ₄ 0,6 - 20,6 mg/l NH ₄	14544	25	799041	✓	✓	✓	✓	✓	20	NC -
	4 - 80 mg/l N-NH ₄ 5,2 - 103 mg/l NH ₄	14559	25	799013	✓	✓	✓	✓	-	70	NC -
	0,01 - 3 mg/l N-NH ₄ 0,013 - 3,86 mg/l NH ₄	14752/1	500	799049	-	✓	✓	✓	✓	50	NC -
	0,01 - 3 mg/l N-NH ₄ 0,013 - 3,86 mg/l NH ₄	14752/2	250	799100	-	✓	✓	✓	✓	50	NC -
	2 - 150 mg/l N-NH ₄ 2,6 - 193 mg/l NH ₄	00683	100	670161	-	✓	✓	✓	-	70	NC -
	0,01 - 0,5 mg/l N-NH ₄ 0,013 - 0,64 mg/l NH ₄	NH ₄ -1 TP	200	799068	-	-	✓	-	✓	-	NC -
	0,02 - 2,5 mg/l N-NH ₄ 0,03 - 2 mg/l NH ₄	NH ₄ -2 TP	50	799084	-	-	✓	-	✓	-	NC -
	0,4 - 50 mg/l N-NH ₄ 0,5 - 64,4 mg/l NH ₄	NH ₄ -3 TC	50	799085	-	-	✓	-	✓	-	NC -
Azote total	0,5 - 15 mg/l N	14537	25	670998	✓	✓	✓	✓	✓	50	NC -
	10 - 150 mg/l N	14763	25	780232	✓	✓	✓	✓	-	70	NC -
	0,5 - 15 mg/l N	00613	25	799090	✓	✓	✓	✓	-	50	NC -
	0,5 - 25 mg/l N	Ntot1 TC	50	799083	-	-	✓	-	✓	-	NC -
	10 - 150 mg/l N	Ntot2 TC	50	671007	-	-	✓	-	✓	-	NC -
Chlore	0,03 - 6 mg/l Cl ₂ (libre)	00595	200	799046	✓	✓	✓	✓	✓	-	NC -
	0,03 - 6 mg/l Cl ₂ (libre + total)	00597	100 + 100	799047	✓	✓	✓	✓	✓	-	NC -
	0,01 - 6 mg/l Cl ₂ (libre)	00598/1	1200	799086	-	✓	✓	✓	-	-	NC -
	0,01 - 6 mg/l Cl ₂ (libre)	00598/2	200	799087	-	✓	✓	✓	-	-	NC -
	0,01 - 6 mg/l Cl ₂ (libre+total)	00599	100 + 100	799088	-	✓	✓	✓	-	-	NC -
	0,01 - 6 mg/l Cl ₂ (total)	00602/1	200	799089	-	✓	✓	✓	-	-	NC -
	0,01 - 6 mg/l Cl ₂ (total)	00602/2	1200	799096	-	✓	✓	✓	-	-	NC -
	0,00 - 2 mg/l Cl ₂ (libre)	Cl ₂ -1 TP	100	671005	-	-	✓	-	✓	-	NC -
	0,00 - 5 mg/l Cl ₂ (libre)	Cl ₂ -2 TP	100	799065	-	-	✓	-	✓	-	NC -
	0,00 - 2 mg/l Cl ₂ (total)	Cl ₂ -3 TP	100	671006	-	-	✓	-	✓	-	NC -
Chlorure	0,5 - 5 mg/l Cl ₂ (total)	Cl ₂ -4 TP	100	799072	-	-	✓	-	✓	-	NC -
	5 - 125 mg/l Cl	14730	25	799043	✓	✓	✓	✓	✓	10 / 20	NC -
	2,5 - 250 mg/l Cl	14897/1	100	799064	-	✓	✓	✓	✓	60	NC -
	2,5 - 250 mg/l Cl	14897/2	175	799101	-	✓	✓	✓	✓	60	NC -