

# DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous soussignés :

Société TRIONYX s.a.s.  
138, avenue Henri BARBUSSE  
92140 CLAMART (France)



Certifions que les :

Références : **Les armoires de sécurité à ventilation filtrante – Série 12+**

**AF1+ – AF2+ – AF22+ – AF42+ – AF43+ – AF44+**

Disposent d'un système de ventilation filtration équipé de filtres (ORG200, CORG201 ou FOR200) les équipant, ont été **testés et homologués à la norme NF X 15-211 – mai 2009**.

D'autre part, nous déclarons que ces produits sont conformes aux **Directives 2014/35/UE** (Basse Tension), **2014/30/UE** (CEM) ainsi qu'aux normes **EN 61010-1 :2011+A1 :2019**, **EN 61326-1 :2013**, **IEC 61000-3-2 :2019**, **IEC 61000-3-3 :2013+A1 :2019**.

Ces armoires sont **conformes aux articles R5132-66 et R5132-68 du Code de la Santé Publique**.


Leur signalétique est conforme aux normes **ISO 3864**, **NF X08-003** et à la **directive européenne 92/58/CEE**.

La qualité de fabrication est contrôlée en sortie de chaîne selon des processus et procédures établis à partir du référentiel de la **norme ISO 9001**.

Cette déclaration est destinée à servir et à valoir ce que de droit.

Fait à CLAMART, le 20/09/22

~~Jean-Philippe THIEULIN  
Directeur Général~~

  
Cendrine SERRE-DARGNAT  
Responsable Qualité