



**certec®**

257 Route du Bourg - 69210 SOURCIEUX LES MINES - FRANCE

Tel : + 33 (0)4 74 70 39 82 / Fax : + 33 (0)4 74 70 37 66

E-mail : [contact@certec.fr](mailto:contact@certec.fr) - Site Web : [www.certec.fr](http://www.certec.fr)

## Fiche technique

### Matelas immobilisateur à dépression pédiatrique

Réf : A88




Ce matelas est conforme à la norme NF EN 1865  
(Numéro d'enregistrement fabricant : fr/CA01/0104952V).

#### **Caractéristiques techniques :**

- Forme pédiatrique rectangulaire,
- Enveloppe triple couche :
  - \* une couche PVC (face sol),
  - \* deux couches polyuréthane orange (face victime),
- Type de billes : en vrac, billes en polystyrène de haute densité ( $\text{Ø} < 1 \text{ mm}$ ),
  - Valve plastique (par défaut) ou 1/4 de tour métal (sur demande),
- 4 sangles de maintien en polyamide, réglables de chaque côté, avec boucles plastiques clic-clac,
- 4 poignées de portage fixes reprises sur tapis de sol, indépendant de la partie étanche (effort de portage déporté sur partie non étanche),
- Dimensions : Longueur : 100 cm x Largeur : 80 cm (autres dimensions : nous consulter).

#### **CONSTITUTION GENERALE :**



- 1 - Enveloppe supérieure - 2 - Enveloppe interne - 3 - Enveloppe inférieure
- 4 - Les billes - 5 - Les poignées - 6 - Les sangles