CerTest BIOTEC

CERTIFICADO DE ANALISIS
CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUCTO/*PRODUCT:* **Negative Control (dry)**

LOTE/*LOT:* **CN-043**

FECHA DE CADUCIDAD/*EXPIRY DATE:* **2023-05**

CONDICIONES DEL TEST/ *TEST CONDITIONS:* Definidas en las hojas de Instrucciones de uso/ *As defined in the Instructions for use booklet*

RESULTADOS DEL TEST DE FUNCIONALIDAD: *FUNCTIONALITY TEST RESULTS:* Interpretación visual a los **10** minutos/ *Visual interpretation at minutes*

1. PRUEBA DE ESPECIFICIDAD/*SPECIFICITY TEST.*

Control positivo preparado en el tampón del producto. Lote / *Positive Control prepared in product buffer. Lot :* 238; 184; 033; 016

LOT	CA-059	EH-044	CT-039	CL-035	AD-061	N-047	G-079	P-258	DT-013	TB-046
Result (t=10´)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOT	W-033	SN-015	LN-084	CP-076	YE-014	R-142	GD-070	PG-108	T-105	SH-045
Result (t=10´)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RESULTADO DEL ACONDICIONAMIENTO/ *RESULT*

APTO/*APPROVED:* **X** NO APTO/ *NOT APPROVED*: [ ]

INFORMACION ADICIONAL/ *OTHER INFORMATION:*

RESULTADO DEL CONTROL DE CALIDAD/ *QUALITY CONTROL RESULT:* APTO/*APPROVED:* **X** NO APTO/ *NOT APPROVED*: [ ]

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR *IN VITRO* USE ONLY.

Fecha del Certificado/*Date of Certificate:* **25/05/2020**

Firmado/*Signed:*

CERTEST BIOTEC S.L. - www.certest.es -

Cristina Jiménez
Responsable Control de Calidad/
Quality Control Manager

CSQ MED ISO 13485

CerTest BIOTEC

Pol. Industrial Río Gállego II, Calle J, Nº 1,
50840, San Mateo de Gállego,
Zaragoza (SPAIN)
Tel. +34 976520354
certest@certest.es
www.certest.es