



Accessoires cliniques de surveillance de la température du patient

Câbles pour sondes de température

Les câbles pour sondes de température GE HealthCare sont compatibles avec les sondes de température jetables et réutilisables des systèmes de monitorage GE.

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION |
|-------------|--|
| 2104178-002 | Câble pour sondes de température série 400, double, 0,5 m. À brancher directement aux sondes de température réutilisables. |
| 2104179-001 | Câble pour sondes de température série 400 jetables, simple, 3,6 m. À brancher directement aux sondes de température jetables. |
| 2104178-001 | Câble pour sondes de température série 400, simple, 0,5 m. À brancher directement aux sondes de température réutilisables. |



Compatibilité des produits

Moniteurs CARESCAPE™ B450/B650/B850 avec module de données patient CARESCAPE, E-PSMP et E-PT

- Moniteurs patient B105/B125
- Moniteurs patient B20/B40 et B20i/ B40i

Sondes de température réutilisables

Les sondes de température réutilisables de GE HealthCare permettent de mesurer la température corporelle interne et externe. Toutes les sondes offrent une précision constante et une performance fiable lorsqu'elles sont utilisées avec les technologies de monitorage patient de GE HealthCare.



| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION |
|-------------|---|
| 2107176-031 | Sonde de température réutilisable - œsophagienne/rectale (adulte), 280 cm |
| 2107176-032 | Sonde de température réutilisable - œsophagienne/rectale (enfant), 280 cm |
| 2107176-033 | Sonde de température réutilisable - cutanée (adulte), 280 cm |

Compatibilité des produits

- Moniteurs CARESCAPE™ B450/B650/B850 avec module de données patient (PDM) CARESCAPE, CARESCAPE ONE, module individuel E-PSMP et modules E-PT
- Moniteurs patient B105/B125
- Moniteurs patient B20/B40 et B20i/ B40i
- Moniteurs patient Dash™ 3000/4000/5000
- Solar™ 8000M avec module TRAM

Sonde de température jetable

Les sondes de température à usage individuel contribuent à la réduction du risque d'infections nosocomiales. Notre portefeuille de produits comprend des sondes cutanées, des sondes à usage général, des sondes œsophagiennes, des sondes tympaniques et des sondes de Foley.



| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION |
|------------|--|
| M1024205VY | Stéthoscope œsophagien avec sonde de température, 9 FR, jetable, série 400, 50/sachet |
| M1024215VY | Stéthoscope œsophagien avec sonde de température, 18 FR, jetable, série 400, 50/sachet |
| M1024222VY | Sonde de température cutanée, jetable, série 400, 50/boîte |
| M1024229VY | Sonde de température à usage général, 9 FR, jetable, série 400, 50/sachet |
| M1024231VY | Sonde de température à usage général, 12 FR, jetable, série 400, 50/boîte |
| M1024233VY | Sonde de température tympanique avec mousse, jetable, série 400, 50/boîte |

Compatibilité des produits

- Moniteurs CARESCAPE™ B450/B650/B850 avec module de données patient (PDM) CARESCAPE, CARESCAPE ONE, module individuel E-PSMP et modules E-PT
- Moniteurs patient B105/B125
- Moniteurs patient B20/B40 et B20i/ B40i
- Moniteurs patient Dash 3000/4000/5000
- Solar 8000M avec module TRAM

SONDE DE TEMPÉRATURE

Usage prévu : Les sondes réutilisables de la série 400 sont destinées à la mesure et à la surveillance en continu de la température du patient à l'aide de moniteurs patients GE compatibles.

Classe/Organisme agréé : Ila/MEDCERT GmbH, Pilatuspool2, 20355 Hamburg, Allemagne. Fabricant: Bluepoint medical GmbH & Co. KG, An der Trave 15, 23923 Selmsdorf, Allemagne.

Se reporter systématiquement à la version complète du manuel de l'utilisateur et lire attentivement toutes les instructions afin de garantir la bonne utilisation de l'appareil médical.

Dernière révision : IFU-50-10-0001 Rev.0 / Mars 2018

CÂBLES DE TEMPÉRATURE

Usage prévu : Les câbles de température sont destinés à être utilisés pour connecter une ou deux sondes de température réutilisables ou jetables à l'équipement de surveillance GE nécessitant un câble connecteur rectangulaire à 11 broches.

Classe/Organisme agréé : I. Fabricant : GE Healthcare Finland Oy, Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki, Finland.

Se reporter systématiquement à la version complète du manuel de l'utilisateur et lire attentivement toutes les instructions afin de garantir la bonne utilisation de l'appareil médical. Dernière révision : 12 Octobre 2018



© 2023 GE HealthCare

GE HealthCare se réserve le droit de modifier les spécifications et fonctions mentionnées dans le présent document, ou de suspendre la commercialisation du produit décrit, à tout moment, sans préavis ni obligation. Contactez votre représentant GE HealthCare pour obtenir les informations les plus récentes. GE, le monogramme GE, CARESCAPE, IDash et Solar sont des marques commerciales de GE. GE est une marque commerciale de General Electric Company utilisée sous licence commerciale.

JB01898FR