



SPÉCIFICATION DE PRODUIT

MARQUE : NITRYLEX STERILE

Produit : Gants d'examen stérile, synthétique, non poudré en nitrile (3.2 mil) – 240 mm

DESCRIPTION DU PRODUIT

Matière	Synthétique Nitrile Latex de caoutchouc
Couleur	Bleu
Forme	Ambidextre
Manchette	Bord roulé
Surface externe	Doigt texturé et Chloré
Surface interne	Chloré
Taille /Référence	S : RC30015002, M : RC30015003, L : RC30015004 & XL : RC30015005



CARACTERISTIQUES

Taille	Longueur minimale (mm)		Largeur de paume (mm)		Épaisseur minimale (mm)		
	EN 455-2	KANAM	EN 455-2	KANAM	Emplacement	ASTM D 6319	KANAM
Petit	240	240	80 ± 10	84 - 85	Manchette	-	0,06
Moyen	240	240	95 ± 10	96 - 97	Paume	0,05	0,08
Large	240	240	110 ± 10	106 - 107	Doigt	0,05	0,08
X-Large	240	240	≥ 110	112 - 113			

PROPRIETES PHYSIQUE

Les caractéristiques	Avant vieillissement		Après vieillissement (70 ± 2°C pendant 166 ± 2h)	
	ASTM D 6319	KANAM	ASTM D 6319	KANAM
Résistance à la traction (Mpa)	14 minutes	14 minutes	14 minutes	14 minutes
Allongement minimal (%)	500 minutes	500 minutes	400 minutes	400 minutes
Force à la rupture (N)	EN 455-2	KANAM	EN 455-2	KANAM
	6,0 (min)	6 minutes	6,0 (min)	6 minutes

Absence de trous

Résidu sans poudre (Selon EN 455-3)

Stérilisation

Conditionnement

Durée de vie

Niveau d'inspection 1
NQA 1.0

<2 mg / gants

Oxyde d'éthylène

12 boîtes x 50 paires /
600 paires par carton

3 ans

Produit classification

Conformités

Autorité d'enregistrement

DM : Classe Is & EPI : Cat. III, type C

CE 2460 et CE 0598

EN 455 parties 1, 2, 3, 4, ASTM D 6319
EN 374 Parties 1,2,4&5, EN 16523-1,
EN 388 & EN 420
ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001

DNV Product Assurance AS (2460),
SGS Fimko Oy (0598)