

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nous, **Air Liquide Medical Systems S.A.**
Parc de haute technologie
6, rue Georges Besse
92182 ANTONY Cedex
FRANCE

déclarons sous notre seule et entière responsabilité que la gamme de produits :

MONNAL TEO

est conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux, à ses amendements et aux transpositions en droit national, et à toutes autres législations de l'Union, qui lui sont applicables.

Organisme notifié : GMED (0459)
1, rue Gaston Boissier - 75724 PARIS Cedex 15 – France

Certificat Annexe II, référence n° GMED-7405

Classification : Classe **IIb**, selon la règle **9** et **11** de l'annexe IX de la Directive 93/42/CEE.

Désignation	Code article	Date de 1 ^{er} marquage CE
MONNAL TEO NF	KB040009	31/03/2021
MONNAL TEO DISS	KB040013	31/03/2021
MONNAL TEO NIST	KB040014	31/03/2021
MONNAL TEO NF	KB040018	22/01/2024
MONNAL TEO NF	KB040019	22/01/2024

Fait à Antony, le 22 janvier 2024



Olivier VAROMME
Directeur qualité et affaires réglementaires