

## FICHE TECHNIQUE

Accessoires et consommables pour le monitorage transcutané



Référence : **SS54**

Produit : **Contrat Capteur TC54 – tcpCO2**

Le contrat Capteur, **obligatoire** pour tout achat d'un moniteur TCM5, **permet d'obtenir le capteur nécessaire au fonctionnement** du moniteur et de bénéficier d'une couverture totale en cas de défaillance. Inclut :

- Le remplacement gratuit d'un capteur défectueux, sous 8 heures ouvrées après signalement auprès de Radiometer (soumis à condition).
- L'accès illimité à l'assistance téléphonique, du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h30.
- Le coût de main d'œuvre atelier lié au diagnostic ou à la régénération des capteurs.

### Description du produit

Capteur TC54 tcpCO2 incluant le câble et une pince de fixation

### Compatibilité

TCM5 FLEX

### Classe du dispositif médical

IIa

### Certification

CE0123

### Date d'entrée sur le marché de l'Union Européenne

2000

### Mode de stérilisation

Non stérile

### Conditionnement

Température de stockage : -10°C à 50°C  
Température de fonctionnement: 37°C à 45°C  
Humidité relative comprise entre 20% à 70%

### Durée de validité

Variable selon le respect des conditions d'utilisation  
Environ 3 ans

### Précautions d'emploi

Avant toute utilisation, veuillez consulter le mode d'emploi du moniteur

### Etiquetage du produit

RADIOMETER



#### tc Sensor 54

tcpCO<sub>2</sub> REF 945-736

de: Sensor	el: Αισθητήρας
fr: Capteur	ru: Датчик
es: Sensor	cs: Senzor
it: Sensore	pl: Czujnik
ja: センサ	et: Sensor
nl: Sensor	lt: Daviklis
pt: Sensor	lv: Sensors
da: Sensor	hu: Szenzor
sv: Sensor	sk: Senzor
fi: Sensori	