



## FICHE TECHNIQUE

Accessoires et consommables pour le monitorage transcutané



Référence : **5621000**  
Produit : **Capteur tc92 tcpCO<sub>2</sub>/SpO<sub>2</sub>**

### Description du produit

Capteur tc92 tcpCO<sub>2</sub> et SpO<sub>2</sub> incluant le câble et une pince de fixation

### Compatibilité

TCM5 / TCM4 series

### Classe du dispositif médical

IIb

### Certification

CE0123

### Date d'entrée sur le marché de l'Union Européenne

2000

### Mode de stérilisation

Non Stérile

### Conditionnement

Température de stockage : -10°C à 50°C  
Température de fonctionnement : 37°C à 44°C  
Humidité relative comprise entre 20% et 70%

### Durée de validité

Variable selon le respect des conditions d'utilisation – Environ 3ans

### Précautions d'emploi

Avant toute utilisation, veuillez consulter le mode d'emploi du moniteur

### Etiquetage du produit

