

# FICHE TECHNIQUE

Accessoires et consommables pour le monitorage transcutané

Référence : 962-209

Produit : Gaz de calibration TCM5

## Description du produit

Bouteille de gaz de calibration pour le TCM5

## Compatibilité

TCM5

## Classe du dispositif médical

IIa

## Certification

CE0123

## Date d'entrée sur le marché de l'Union Européenne

2016

## Mode de stérilisation

Non stérile

## Conditionnement

Température de stockage : -10 - 50 °C  
Température de fonctionnement : 4°C à 30°C  
Humidité relative comprise entre 20% et 70%

## Durée de validité

Changement de la bouteille de gaz selon les indications du moniteur. Veuillez vous référer à la date de péremption sur la bouteille de gaz.

## Précautions d'emploi

Avant toute utilisation, veuillez consulter le mode d'emploi du moniteur

## Etiquetage du produit

