



## FICHE TECHNIQUE – BR0518

Batterie Lithium-ion (5000 mAh) pour Cardiotocographe Edan F6/F9



**Référence IMMED EUROPE : BR0518**

**Nom du fabricant :** Edan Instruments

**Référence Constructeur :** 21.21.064150

**Désignation :** Batterie Lithium-ion (5000 mAh) pour Cardiotocographe Edan F6/F9

**Type :** Batterie au lithium-ion rechargeable

**Durée de fonctionnement en continu :**  $\geq 2$  heures

**Temps de charge nécessaire pour recharger totalement une batterie totalement déchargée :**  $\leq 7$  heures (en veille ou éteinte)

**Capacité nominale :** 5 100 mAh ( $\pm 10\%$ )

**Tension nominale :** 14,8 V

**Tension de fonctionnement :** De 100 à 240 V

**Fréquence de fonctionnement :** 50/60 Hz

**Cycle de vie :**  $\geq 300$  fois