

CAPTEUR SPO2 CLIP PÉDIATRIQUE POUR COMEN NC3/NC5/C30

COMEN

Ref. DBCPEDI01



CE
0537

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIb
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
1 YEAR
1
GUARANTEE

02/07/2024 12:33:27 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

CAPTEUR SPO2 CLIP PÉDIATRIQUE POUR COMEN NC3/NC5/C30

COMEN

Ref. DBCPEDI01

Conçu pour assurer une mesure précise et rapide de la saturation en oxygène

Description

Caractéristiques techniques:

% d'oxygène

90-100% précision +/-2%

70-90% précision +/-3%

<70% non précisé

Caractéristiques

| | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|
| Marquage CE | CE0537 | Dispositif Médical | Classe IIb |
| Code barre | 3661040219424 | Code douanier | 90181990 |
| Garantie (mois) | 12 | Pays | Uruguay |
| MESURES | | | |
| Unité emballée / Largeur (cm) | 13 | Unité emballée / Hauteur (cm) | 3 |
| Unité emballée / Longueur (cm) | 13 | Unité emballée / Poids (kg) | nc |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES | | | |
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini | NA | Humidité maxi | NA |
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES | | | |
| Unité emballée / Quantité | 1 | | |

02/07/2024 12:33:27 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr