

Écouvillon buccal non traité Sage

REF 6070-X

Informations sur le conditionnement

Contient :

- (1) Écouvillon applicateur non traité

Utilisation : Aide à ôter les résidus et les sécrétions buccales. Peut être utilisé pour appliquer des solutions de soins buccaux.

Instructions : Mouiller l'écouvillon avec de l'eau ou une solution. Nettoyer la bouche pendant 1 minute. Cracher. Jeter

Attention Avertissement:

Ne pas permettre au patient de mordre l'outil de soin buccal. Utiliser un bloc de morsure si le patient n'est pas conscient ou ne peut pas comprendre les instructions. Soyez attentif avec les enfants et les individus inconscients. En cas de non-respect de ces précautions de sécurité, l'outil pourrait être endommagé et un risque d'étouffement/aspiration pourrait être présent. Risque de mauvais fonctionnement et de contamination croisée en cas de réutilisation.

Pour usage unique.

Non fabriqué à base de latex en caoutchouc naturel.



Spécifications

| | |
|----------------------------|--|
| Nom du produit | Écouvillon buccal non traité Sage |
| Référence | 6070-X |
| Description | Écouvillon conçu pour aider à retirer les sécrétions orales, et appliquer les solutions de soins de bouche |
| Accréditation du fabricant | ISO 13485:2016 |
| Longueur de l'écouvillon | 15,9 cm |
| Quantité par boîte | 800 |

Caractéristiques et avantages

Écouvillon

| | |
|------------------------|---|
| Écouvillon | <ul style="list-style-type: none"> • Aide à éliminer les débris et les sécrétions buccales entre les brossages |
| Têtes en mousse souple | <ul style="list-style-type: none"> • Convient parfaitement aux tissus buccaux délicats |

Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de santé.

Le professionnel de santé doit toujours se repérer sur son propre jugement clinique professionnel lorsqu'il décide de l'utilisation d'un produit donné lors des soins apportés à un patient donné. Stryker ne prodigue aucun conseil médical et recommande que les professionnels de santé soient formés à l'utilisation d'un produit en particulier avant son utilisation.

Les informations données sont destinées à présenter l'étendue de l'offre produit de Stryker. Les professionnels de santé doivent dans tous les cas consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation avant d'employer tout produit Stryker.

Certains produits peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés, car la disponibilité des produits est dépendante des pratiques médicales et/ou réglementaires de chaque marché. Veuillez contacter votre représentant Stryker pour toute question concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région.

Stryker Corporation, ses divisions ou d'autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les marques commerciales ou marques de service suivantes : Stryker, Écouvillon de soins bucco-dentaires Toothette. Toutes les autres marques commerciales sont des marques appartenant à leurs propriétaires ou titulaires respectifs.

Les produits décrits ici sont marqués **CE** conformément aux réglementations et Directives en vigueur dans l'UE.

Les dispositifs médicaux comprenant les écouvillons buccaux, le protège-talon Prevalon de Sage et le Système de Positionnement et retournement du patient (TAP) sont des dispositifs médicaux de classe I.

Ce document n'est pas destiné à être distribué en dehors de l'UE et de l'AELE.



Sage Products LLC
3909 Three Oaks Road
Cary, IL 60013 USA
800 323 2220 ; +1 815 455 4700

stryker.fr

SMACC # 28422
27368-FR

Copyright © 2021 Stryker

Distribué par : Stryker France S.A.S
ZAC - Avenue de Satolas Green
69330 Pusignan,
France
333 710 275 RCS Lyon

Date de mise à jour : 11/1/2021