

# FICHE TECHNIQUE

## Manipulation des liquides – Pointe 1 000µl à filtre

Fiche créée le: 09/01/2020

Dernière modification le: 28/06/2022



**Désignation commerciale :** Pointe transparente 1 000 µl, à filtre, graduée, stérile, Biosphère® plus

**Application :** Pipetage en laboratoire

**Fabricant :** SARSTEDT AG & Co.KG D-51582 NUMBRECHT – Allemagne  
Certification ISO 13485

### Caractéristiques produit :

- **Description :** Pointe transparente 1 000 µl, à filtre, graduée, universelle, compatible avec la plupart des micropipettes du marché.
- **Normes et directives :** Dispositif Médical de Diagnostic *In Vitro* conforme :
  - au règlement européen 2017/746 pour les pointes non stériles
  - à la Directive 98/79/CE pour les pointes stériles
- **Matière :** Polypropylène (PP)
- **Dimensions:** Longueur : 72 mm  
Volume : 1 000 µl maxi  
Graduations à 100, 500 et 1 000 µl
- **Conditionnement :** Se référer au tableau page suivante
- **Numéro de lot :** Situé sur chaque sous conditionnement et carton
- **Date limite d'utilisation :** Sur chaque sous conditionnement et carton  
Durée de vie : 36 mois en sortie de production
- **Mode de stérilisation :** Oxyde d'Ethylène
- **Qualités biologiques :** Certifiée Biosphère® plus  
Stérilité validée selon ISO 11135  
ADN humain <5,0 fg/µl  
ADN bactérien <0,2 fg/µl  
DNase <5x10<sup>-7</sup> U/µl  
RNase <5x10<sup>-11</sup> unités Kunitz/µl  
PCR en temps réel : <0,5 cycles CT valeur de transfert comparée au contrôle  
ATP <1X10<sup>-12</sup> mmol/µl  
Pyrogènes / Endotoxines <0,002 UE/ml



Toutes ces mesures sont effectuées sur chaque lot de production par un laboratoire indépendant.  
Certificat de conformité disponible en téléchargement sur notre site internet.



# FICHE TECHNIQUE

## Manipulation des liquides – Pointe 1 000µl à filtre

### Référencement des pointes :

Référence	Présence de filtre	Packaging	Stérile	Qualité	Conditionnement
70.3050255	Oui	Rack	Oui		96 / rack 1 920 / carton
70.3050355	Oui	Recharge	Oui		96 / recharge 1 920 / carton



Rack



Recharge

### Limites d'utilisation - Recommandations :

Usage unique

Vérifier la compatibilité pointe / micropipette avant usage.

Pour plus d'informations relatives à nos pointes (brochures, tableau de compatibilité,...), vous pouvez consulter notre site internet : <https://refillrevolution.sarstedt.com/refill-revolution-fr/>