



Intitulé du Dispositif Médical	CIRCUIT DE VENTILATION
---------------------------------------	-------------------------------

1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise :		Date de mise à jour : 02/06/2023 Date d'édition : 02/06/2023
1.1	Nom : Intersurgical	
1.2	Adresse complète : 7 bis, Rue Pelloutier – CS 11064 Croissy-Beaubourg 77435 Marne La Vallée Cedex 2	Tél : 01 48 76 72 30 e-mail : info@intersurgical.fr site internet : www.intersurgical.fr
1.3	Coordonnée du correspondant matériovigilance : M. Nicolas LELIEVRE	Tél : 01 48 76 43 63 e-mail : materiovigilance@intersurgical.fr

2. Informations sur le dispositif ou l'équipement		
2.1	<u>Dénomination commune</u> : Circuit de ventilation	
2.2	<u>Dénomination commerciale</u> : Circuit de ventilation en tubulure annelée 15mm	
2.3	<u>CLADIMED</u> : R57CA02 <u>GMDN</u> : 37706	
2.4	<u>Code LPPR*</u> (ex. TIPS si applicable) : non applicable	
2.5	<u>Classe du DM</u> : 2A <u>Directive de l'UE applicable</u> : 93/42 EEC <u>Selon Annexe n°</u> : <u>Numéro de l'organisme notifié</u> : 1639 <u>Date de première mise sur le marché dans l'UE</u> : 1999 <u>Fabricant du DM</u> : Intersurgical	
2.6	<u>Descriptif du dispositif</u> (avec photo, schéma, dimensions, volume, ...) Circuit Flextube™ équipé d'une caractéristique unique : un clip encastré assurant une parfaite étanchéité et une connexion sécurisée avec nos raccords. Circuit ancré pédiatrique 3.60m – Pièce en Y 15F et raccord machine 22F	<p style="text-align: center;">Annelé</p> <p style="text-align: center;">6193</p> <p style="text-align: center;">3m60</p> 

2.7	<p><u>Références Catalogue :</u></p> <p><u>REFERENCE :</u></p> <table border="1" data-bbox="307 316 1410 451"> <thead> <tr> <th>Référence</th><th>Description</th><th>Qté/ Boîte</th><th>Qté/ Carton</th><th>Qté/ Palette</th><th>UCD</th><th>QML</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6193000</td><td>Circuit annelé pédiatrique 3.60m – Pièce en Y 15F et raccord machine 22F,≥ 3.60m</td><td></td><td>15</td><td>120</td><td>1</td><td>15</td></tr> </tbody> </table> <p>Descriptif de la référence :</p> <p>Circuits respiratoires conçus à partir du tuyau Flextube d'Intersurgical, un matériau flexible pourvu d'une caractéristique unique : un clip encastré assurant une parfaite étanchéité et une connexion sécurisée avec nos raccords.</p>  <p>Caractéristiques de la référence :</p> <table border="1" data-bbox="307 945 1269 1028"> <thead> <tr> <th>Référence</th><th>Longueur (m)</th><th>Diamètre (mm)</th><th>Pièce en Y</th><th>Raccords Machine</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6193000</td><td>≥ 3.6</td><td>15</td><td>15F</td><td>22F-Rigides</td></tr> </tbody> </table>	Référence	Description	Qté/ Boîte	Qté/ Carton	Qté/ Palette	UCD	QML	6193000	Circuit annelé pédiatrique 3.60m – Pièce en Y 15F et raccord machine 22F,≥ 3.60m		15	120	1	15	Référence	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Pièce en Y	Raccords Machine	6193000	≥ 3.6	15	15F	22F-Rigides
Référence	Description	Qté/ Boîte	Qté/ Carton	Qté/ Palette	UCD	QML																			
6193000	Circuit annelé pédiatrique 3.60m – Pièce en Y 15F et raccord machine 22F,≥ 3.60m		15	120	1	15																			
Référence	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Pièce en Y	Raccords Machine																					
6193000	≥ 3.6	15	15F	22F-Rigides																					
2.8	<p><u>Composition du dispositif et Accessoires :</u></p> <table border="1" data-bbox="307 1123 631 1208"> <thead> <tr> <th colspan="2">ELEMENTS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tube</td><td>MATERIAUX</td></tr> <tr> <td>Pièce en Y</td><td>Polyéthylène Basse Densité</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="752 1123 1110 1208"> <thead> <tr> <th colspan="2">MATERIAUX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Polypropylène, Polyéthylène</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> Présence / absence de latex Présence / absence de phthalates (DEHP) Présence / absence de produits d'origine animale ou biologique (nature, ...) <p>Toutes mentions jugées utiles pour les précautions d'utilisation :</p> <p>Dispositifs et accessoires associés à lister (en cas de consommables captifs notamment)</p>	ELEMENTS		Tube	MATERIAUX	Pièce en Y	Polyéthylène Basse Densité	MATERIAUX		Polypropylène, Polyéthylène															
ELEMENTS																									
Tube	MATERIAUX																								
Pièce en Y	Polyéthylène Basse Densité																								
MATERIAUX																									
Polypropylène, Polyéthylène																									
2.9	<p><u>Domaine – Indications :</u></p> <p>Domaine d'utilisation : Pour administrer et éliminer les gaz anesthésiques et respiratoires d'un patient par l'intermédiaire d'un système respiratoire composé de tubes et de raccords.</p> <p>Indications : Le système respiratoire doit être connecté entre le ventilateur ou l'appareil d'anesthésie et le raccord des voies respiratoires du patient. Le produit ne doit être utilisé que sur un seul patient pendant un maximum de 7 jours. Le début d'utilisation est défini par la première connexion à l'équipement. Le système respiratoire peut être fourni équipé d'un FlextubeTM ou d'un Smoothbore.</p>																								
<p>3. Procédé de stérilisation :</p>																									
	<p>DM stérile :</p>																								
	<p>Mode de stérilisation du dispositif :</p>																								
<p>4. Conditions de conservation et de stockage :</p>																									
	<p>Conditions normales de conservation & de stockage :</p> <p>Pour les produits Intersurgical n'exigeant pas de conditions particulières de stockage et de transport indiquées sur l'étiquette, il est conseillé d'entreposer ou de transporter les produits à température ambiante entre -18°C et +40°C. Dans cet intervalle, aucun effet indésirable ne peut venir altérer la sécurité et les performances des produits. Nos produits sont testés après 72 heures de stockage à une température de -18°C. Nos emballages ont prouvé leur efficacité dans le maintien de leur intégrité à une température de -5°C. Si les emballages devaient être exposés à des conditions de température plus basses, nous avons vérifié que la sécurité et les performances des produits ne seront pas compromises.</p>																								

	<p>Il est inutile de réguler les niveaux d'humidité durant le stockage et le transport des produits Intersurgical.</p> <p>Précautions particulières :</p> <p>Durée de la validité du produit : 5 ans</p> <p>Présence d'indicateurs de température s'il y a lieu :</p>
--	---

	5. Sécurité d'utilisation :
5.1	<u>Sécurité technique :</u>
5.2	<u>Sécurité biologique (s'il y a lieu) :</u>

	6. Conseil d'utilisation :
6.1	<p>Mode d'emploi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Avant utilisation, le dispositif doit être vérifié pour en contrôler le bon fonctionnement et l'absence de fuite ou d'occlusion. S'assurer que les connecteurs mâle et femelle sont emboîtés à fond. Exercer un mouvement « pousser-tourner » si nécessaire. Retirer le capuchon de sécurité avant de connecter le circuit entre la machine et le patient. 2. Retirer le capuchon de sécurité avant de connecter le circuit entre la machine et le patient. 3. Lors de la connexion ou déconnexion du circuit respiratoire, maintenir le raccord et exercer une action pousser-tourner. 4. Si le système comporte une valve de limitation de pression (APL), régler la valve en fonction des besoins cliniques. La pression maximale sera atteinte lorsque le couvercle vert de la valve APL est tourné à fond dans le sens des aiguilles d'une montre. La pression de 60 cm H2O ne peut pas être dépassée. Il peut se révéler nécessaire de comprimer le réservoir pour atteindre une pression système de 60mbar. 5. Le circuit ne doit pas être utilisé avec des agents anesthésiques inflammables. La valve APL ne doit pas être utilisée en IRM , scanner ou équipement similaire car elle comporte un ressort en acier.
6.2	<u>Indications :</u>
6.3	<p>Précautions d'emploi :</p> <p>Ce dispositif est doté d'une augmentation de la compensation de volume du fait de sa longueur. Ceci pourrait affecter l'actuel volume courant administré au patient. Les dispositifs longs de plus de 5 m pourraient ne pas être conformes à la norme ISO relative à l'écoulement.</p> <p>Pour plus d'informations, cliquez sur le lien suivant Intersurgical — info@intersurgical.com</p>
6.4	<u>Contre-Indications :</u>

	7. Informations complémentaires sur le produit :
	<p>Bibliographie, rapport d'essais cliniques, ou d'études pharmaco-économiques, amélioration du service rendu : recommandations particulières d'utilisation (restriction de prise en charge, plateau technique, qualification de l'opérateur, etc).... :</p> <p>Pour consulter la dernière version de nos Instructions d'Utilisation, livrets, manuels et Documents de Conformité, veuillez vous munir du numéro de LOT du produit et utiliser le lien https://customers.intersurgical.com/ProductDocumentation/</p> <p>Ou rendez-vous sur notre site internet dans la section support : https://fr.intersurgical.com/supports</p>

	8. Listes des annexes au dossier (s'il y a lieu) :

	9. Traçabilité :
9.1	<p>Structure du code (incluant le fournisseur, le produit, le numéro de lot, la date de péremption) ?</p> <p>Format du code barre : GS1-128 et EAN-13, avec des chiffres humainement lisibles sous le code barre.</p> <p>GS1-128 :</p> <p>Exemple de décomposition d'un code-barres GS1-128 : (01) 0 50 30267 00016 6 (17) 15 07 00 (10) 3 10 12345</p> <p>01 Identification de l'article selon Global Trade Item Number™ (GTIN)</p> <p>0 Caractère supplémentaire garantissant la conformité du code barre</p> <p>50 Préfixe GS1 Royaume-Uni</p> <p>30267 Préfixe GS1 pour Intersurgical</p> <p>00016 Code* Intersurgical qui identifie le produit et le conditionnement</p> <p>6 Contrôle numérique qui permet de vérifier l'intégrité du code barre</p> <p>17 Identifiant de la date d'expiration</p> <p>15 2 derniers chiffres de l'année de péremption (2015)</p> <p>07 Mois de péremption (Juillet)</p> <p>00 Fin du mois</p> <p>10 Identifiant pour le numéro de lot</p> <p>31012345 Numéro de lot</p> <p>EAN-13 :</p>

	<p>Exemple de décomposition d'un code-barres EAN-13 : 50 30267 05137 3</p> <p>50 Préfixe GS1 Royaume-Uni</p> <p>30267 Préfixe GS1 pour Intersurgical</p> <p>05137 Code* Intersurgical qui identifie le produit</p> <p>3 Contrôle numérique qui permet de vérifier l'intégrité du code barre</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Référence</th><th>EAN Unité</th><th>EAN Boîte</th><th>EAN Carton</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6193000</td><td>5030267066995</td><td></td><td>05030267013074</td></tr> </tbody> </table>	Référence	EAN Unité	EAN Boîte	EAN Carton	6193000	5030267066995		05030267013074
Référence	EAN Unité	EAN Boîte	EAN Carton						
6193000	5030267066995		05030267013074						
9.2	<p>Support de traçabilité (code à barre...) ?</p> <p>Emplacement du code barre : GS1-128 sur l'étiquette de chaque carton, EAN-13 sur l'étiquette disponible avec chaque dispositif ou directement sur l'emballage.</p>								

10. Informations spécifiques du dispositif médical :

	<p><u>Le dispositif est-il à usage unique : Usage Unique</u></p>
--	--