

Eprouvette sans bouchon

Classe A - Forme haute

Eprouvettes classe A, graduation bleue



- En verre borosilicaté
- Pied hexagonal
- Conformes à la norme DIN EN ISO 4788
- Avec marquage d'identification

Vol. (ml)	Unités/ carton	Réf.	€/ carton
5	2	360011	NC -
10	2	360012	NC -
25	2	360013	NC -
50	2	360014	NC -
100	2	360015	NC -
250	2	360016	NC -
500	1	360017	NC -
1000	1	360018	NC -
2000	1	360019	NC -


Eprouvettes classe A en verre Pyrex® UKAS



- En verre borosilicaté Pyrex® pour une résistance chimique optimale
- Conformes aux normes ISO 4788
- Calibrées conformément aux tolérances admises par l'USP
- Numéro de série individuel gravé au laser sur chaque éprouvette
- Graduons en émail blanc
- Livrées avec certificat UKAS

Réf.	Capacité (ml)	Graduations (ml)	Tolérance ± (ml)	H. approximative (mm)	€
233163	5	0,1	0,05	115	NC -
233164	10	0,2	0,1	140	NC -
233165	25	0,5	0,25	170	NC -
233166	50	1	0,5	200	NC -
233167	100	1	0,5	260	NC -
233168	250	2	1	335	NC -
233169	500	5	2,5	365	NC -
233170	1000	10	5	465	NC -
233171	2000	20	10	505	NC -

Eprouvettes graduées classe A Hirschmann



- Conformes à la norme DIN EN ISO 4788
- Certificat de conformité avec numéro de lot daté
- Graduons bleus, subdivisions principales annulaires
- Bande de verre teinté



Volume (ml)	Subdivision (ml)	Tolérance (+/- ml)	Hauteur (mm)	Unités/ carton	Graduation bleue + bande Schellbach		Graduation bleue seule		Avec pied plastique, graduation bleue	
					Réf.	€/ carton	Réf.	€/ carton	Réf.	€/ carton
5	0,1	0,1	115	2	501133	NC -	501151	NC -	-	-
10	0,2	0,1	140	2	501134	NC -	090547	NC -	501155	NC -
25	0,5	0,3	170	2	501135	NC -	090548	NC -	501156	NC -
50	1,0	0,5	200	2	501136	NC -	090549	NC -	501157	NC -
100	1	0,5	260	2	501137	NC -	501152	NC -	501158	NC -
250	2	1	335	2	501138	NC -	090542	NC -	501159	NC -
500	5	2,5	390	2	501139	NC -	501153	NC -	501160	NC -
1000	10	5	470	1	501140	NC -	090550	NC -	501161	NC -
2000	20	10	570	1	501141	NC -	501154	NC -	-	-