

Fiche Technique 13907A

Ensemble de tubes d'étalonnage / 1



Caractéristiques

Détails du produit

Catégorie de produit	Gaz	Utiliser avec des équipements de santé autres que Philips	Non
Utiliser avec les équipements de santé Philips	M3015A, M3015B, M1026A/A01, M1026B	Type de produit	Gaz anesthésiants
Certifié CE	Non	Usage pour un seul patient OU usage pour plusieurs patients	Utilisation multi-patients
Poids du colis	.015	Non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel	Oui
Unité d'emballage	1 paquet = 1 assemblage	Stérile OU non stérile	Non stérile
Durée de conservation minimale	Aucun		

Venez visiter notre site Internet www.avf-biomedical.com

AVF BIOMEDICAL – 3 route de Melesse, Bât. D Cellule 33 – 35520 La Mézière – Tél. 02 99 32 23 76 – Fax 02 99 32 28 36

SAS au capital de 400 000 euros – Siret 418 130 845 00088 – RCS Rennes 418 130 845 – TVA Intracommunautaire FR 90 418 130 845