

Fiche Technique M1363A

Câble réutilisable pour ECG maternel



Fiche technique

Jeu de fils d'électrodes ECG

Type de patient	Adulte	Site d'application	Membre
Longueur du jeu de fils	?	Nombre de fils	?
Blindé	Oui	Méthode de fixation des électrodes	Terminaison à pression
Codage couleur	N/A		

Informations sur le produit

Catégorie de produit	ECG	Compatible avec l'équipement médical d'autres fabricants	Non
Compatible avec l'équipement Philips Healthcare	M2705A, M2704A, M2703A, M2702A, M1364A, M1365A, M2727A, M2738A, M2720A	Type de produit	Jeu de fils d'électrodes
Utilisation monopatient OU multipatient	Multipatient	Certification CE	Oui
Fabrication sans latex de caoutchouc naturel	Oui	Conditionnement	1
Stérile OU non stérile	Non stérile	Durée de conservation minimum	Aucune
Compatible avec d'autres consommables	N/A		

Venez visiter notre site Internet www.avf-biomedical.com

AVF BIOMEDICAL – 3 route de Melesse, Bât. D Cellule 33 – 35520 La Mézière – Tél. 02 99 32 23 76 – Fax 02 99 32 28 36

SAS au capital de 400 000 euros – Siret 418 130 845 00088 – RCS Rennes 418 130 845 – TVA Intracommunautaire FR 90 418 130 845