

Manipulation des liquides – Pointe 1 250 µl XL sans filtre en vrac

Fiche créée le: 13/05/2025

Dernière modification le :



Désignation commerciale : Pointe transparente 1 250 µl XL graduée, PCR Performance Tested

Application : Pipetage en laboratoire

Fabricant : SARSTEDT AG & Co.KG D-51582 NUMBRECHT – Allemagne
Certification ISO 13485

Caractéristiques produit :

- **Description :** Pointe transparente 1 250 µl XL, graduée, universelle, compatible avec la plupart des micropipettes du marché
- **Normes et directives :** Dispositif Médical de Diagnostic In Vitro conforme au règlement européen 2017/746
- **Matière :** Polypropylène (PP)
- **Dimensions :** Longueur : 108 mm
Volume : 1 250 µl maxi
Graduations à 200, 500, 1000 et 1250 µl
- **Conditionnement :** Carton de 10 sachets de 384 pointes, soit 3 840 pointes
- **Numéro de lot :** Situé sur chaque sachet et carton
- **Date limite d'utilisation :** Sur chaque sachet et carton
Durée de vie : 36 mois en sortie de production
- **Qualités biologiques :** Certifiée PCR Performance Tested
ADN humain <0,5 pg/µl
ADN bactérien <0,02 pg/µl
DNase <1x10⁻⁵ U/µl
RNase <1x10⁻⁹ unités Kunitz/µl
PCR en temps réel : <0,5 cycles CT valeur de transfert comparée au contrôle



*Toutes ces mesures sont effectuées sur chaque lot de production par un laboratoire indépendant.
Certificat de conformité disponible en téléchargement sur notre site internet.*

Manipulation des liquides – Pointe 1 250 µl XL sans filtre en vrac

Référencement des pointes :

Référence	Présence de filtre	Packaging	Stérile	Qualité	Conditionnement
70.3070	Non	Sachet	Non		384 / sachet 3 840 / carton



Fermeture avec témoin d'intégrité



Fermeture zippée

Limites d'utilisation - Recommandations :

Usage unique

Vérifier la compatibilité pointe / micropipette avant usage.

Pour plus d'informations relatives à nos pointes (brochures, tableau de compatibilité,...), vous pouvez consulter notre site internet : <https://refillrevolution.sarstedt.com/refill-revolution-fr/>