

# Fiche technique



ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS GMBH  
Gunningerstraße 21  
DE 78606 Seitingen-Oberflacht  
SRN : DE-MF-000005528

Téléphone +49-7464-98506-0  
Fax +49-7464-98506-66  
E-mail info@zepf-medical-instruments.de  
Internet www.zepf-medical-instruments.com

Réf. article	06-1003-00
Désignation article	manche de bistouris no. 3 12,5 cm pour bisturis à fig. 10,11,12,15,15c



Base UDI-DI	UDI-DI	4250485300000074ZJ	04250379801890
GMDN	EMDN	12235	L010103
Classification	Classe Ir, règle 6, par l'annexe VIII de l'ordonnance (UE) 2017/745		
Destination	Les instruments de séparation sont destinés à séparer différents matériaux par des bords tranchants. Les matériaux possibles sont les tissus, la peau, le fil et les sutures/bandages, le plâtre et les os. La forme et la taille des instruments varient en fonction de l'application.		
Groupe de produits	TR10		
Matériau	1.4301 DIN:X5CrNi18-10   AISI:304,304N  UNS:S30400,S30451		
Dessin	Disponible		
Sterile	Non		
Mode d'emploi	Voir la page d'accueil		
Unité d'emballage en pièces	À l'unité		