

### Pince à Membrane

## Pince à Membrane, Revolution ILM 25G

**Remarque :** Selon le dispositif médical (DM) concerné, ce dossier concernera une référence, un type ou une famille de DM

### 1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise

Date d'édition : 30 avril 2021

1.1 Nom : Laboratoires ALCON

1.2 Adresse complète :

20, rue des Deux Gares  
92842 RUEIL MALMAISON cedex

Tel: 01.47.10.47.10 Fax : 01.47.10.47.00

e-mail :

Pour toute commande : chirurgie.commande@alcon.com

Pour toute autre demande : serviceclient.chirurgie@alcon.com

Site internet : www.alcon.fr

1.3 Coordonnées du correspondant  
matéiovigilance :

Tel : 01.47.10.47.58

Fax : 01.47.10.27.70

e-mail : Vigilances.France@alcon.com

### 2. Informations sur dispositif ou équipement

2.1 Dénomination commune : Pince à Membrane

2.2 Dénomination commerciale : Pince à Membrane, Revolution ILM 25G

2.3 Code nomenclature : 46710

Code Cladimed :

2.4 Code LPPR\* (ex TIPS si applicable) :

\* « liste des produits et prestations remboursables » inscrits sur la liste prévue à l'article L 165-1

2.5 Classe du DM : IIa

Directive de l'UE applicable : 93/42/CEE

Selon Annexe n°II

Numéro de l'organisme notifié : 0123 (TÜV)

Date de première mise sur le marché dans l'UE :

Fabricant du DM : Alcon Grieshaber

2.6 Descriptif du dispositif :

Pince intraoculaires utilisée dans la chirurgie de la membrane limitante interne

Trousse : Non

Si Oui, composition de la trousse :

2.7 Références Catalogue : 705.44 : PINCE REV ILM 25G 6/B

RÉFÉRENCE : 705.44

**Conditionnement / emballages**

**UCD** (Unité de Commande) : 1 Boîte

**CDT** (Conditionnement) : 6 Unités

**QML** (Quantité minimale de livraison) : 1 Boîte

**Descriptif de la référence :**

Pince à membrane à usage unique utilisée dans la chirurgie du segment postérieur

**Caractéristiques de la référence :**

25G

**Etiquetage :**

**2.8 Composition du dispositif et Accessoires :**

**ÉLÉMENTS et MATERIAUX :**

**Substances actives :**

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Absence de latex

Absence de caoutchouc naturel sec

**Dispositifs et accessoires associés :**

**2.9 Domaine - Indications :**

Domaine d'utilisation (selon liste Europharmat) : Domaine : Chirurgie vitréo-rétinienne : segment postérieur

### **3. Procédé de stérilisation**

**DM stérile :**

**Mode de stérilisation du dispositif :**

#### 4. Conditions de conservation et de stockage

#### 5. Sécurité d'utilisation

5.1 Sécurité technique :

---

5.2 Sécurité biologique (s'il y a lieu) :

#### 6. Conseils d'utilisation

6.1 Mode d'emploi :

---

6.2 Indications :

---

6.3 Précautions d'emploi :

---

6.4 Contre- Indications :

#### 7. Informations complémentaires sur le produit



