

Embout pour Ultrason**Embout pour Ultrason, Kelman Mini Flared ABS 45° 0.9 mm**

Remarque : Selon le dispositif médical (DM) concerné, ce dossier concernera une référence, un type ou une famille de DM

1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise

Date d'édition : 14 avril 2021

1.1 **Nom :** Laboratoires ALCON

1.2 **Adresse complète :**

20, rue des Deux Gares
92842 RUEIL MALMAISON cedex

Tel: 01.47.10.47.10 Fax : 01.47.10.47.00

E-mail :

Pour toute commande : chirurgie.commande@alcon.com

Pour toute autre demande : serviceclient.chirurgie@alcon.com

Site internet : www.alcon.fr

1.3 **Coordonnées du correspondant
matériorvigilance :**

Tel : 01.47.10.47.58

Fax : 01.47.10.27.70

e-mail : vigilances.france@alcon.com

2. Informations sur dispositif ou équipement

2.1 **Dénomination commune :** Embout pour Ultrason

2.2 **Dénomination commerciale :** Embout pour Ultrason, Kelman Mini Flared ABS 45° 0.9 mm

2.3 **Code nomenclature :** 36215

Code Cladimed : S50AD98

2.4 **Code LPPR* (ex TIPS si applicable) :**

* « liste des produits et prestations remboursables » inscrits sur la liste prévue à l'article L 165-1

2.5 **Classe du DM :** IIa

Directive de l'UE applicable : 93/42/CEE

Selon Annexe n°II

Numéro de l'organisme notifié : 0123 (TÜV)

Date de première mise sur le marché dans l'UE :

Fabricant du DM : Laboratoires Alcon

2.6 **Descriptif du dispositif :**

Embout de phacoémulsification utilisé sur toutes les PAM US Infiniti® (classique, NeoSoniX® ou Ozil®).
A utiliser pour la Micro Incision Coaxiale (MIC).

N'existe qu'en Kelman® avec une courbure de l'extrémité à 22°.

Trousse : Non

Si Oui, composition de la trousse :

2.7 **Références Catalogue** : 8065750853 : EMBOUT KEL MFLD 45 0.9MM 6/B

RÉFÉRENCE : 8065750853

Conditionnement / emballages

UCD (Unité de Commande) : 1 Boîte

CDT (Conditionnement) : 6 Unités

QML (Quantité minimale de livraison) : 1 Boîte

Descriptif de la référence :

Biseau de 45°

Caractéristiques de la référence :

0.9 mm

Etiquetage :

2.8 **Composition du dispositif et Accessoires :**

ÉLÉMENTS et MATERIAUX :

Substances actives :

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Absence de latex

Absence de caoutchouc naturel sec

Dispositifs et accessoires associés :

2.9 **Domaine - Indications :**

Domaine d'utilisation (selon liste Europharmat) : Domaine : Chirurgie de la cataracte / segment antérieur

3. Procédé de stérilisation

DM stérile : Oui

Mode de stérilisation du dispositif :

Oxyde d'Ethylène ou Rayonnements

4. Conditions de conservation et de stockage

5. Sécurité d'utilisation

5.1 **Sécurité technique** : Avant toute utilisation, l'instrument doit faire l'objet d'une inspection rigoureuse pour vérifier son fonctionnement correct et l'absence de dommage.

5.2 **Sécurité biologique (s'il y a lieu)** :

6. Conseils d'utilisation

6.1 **Mode d'emploi** : Cf. Mode d'emploi.

6.2 **Indications** :

6.3 **Précautions d'emploi** : Usage unique

6.4 **Contre- Indications** :

7. Informations complémentaires sur le produit



