

N° LOT :

Fibre Endo-illumination Fibre Endo-illumination, RFID Pic 25G

Remarque : Selon le dispositif médical (DM) concerné, ce dossier concernera une référence, un type ou une famille de DM

1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise

Date d'édition : 9 octobre 2018

1.1 Nom : Laboratoires ALCON

1.2 **Adresse complète :**
20, rue des Deux Gares
92842 RUEIL MALMAISON cedex
Tel: 01.47.10.47.10 Fax : 01.47.10.47.00
e-mail :
Pour toute commande : chirurgie.commande@alcon.com
Pour toute autre demande : serviceclient.chirurgie@alcon.com
Site internet : www.alcon.fr

1.3 **Coordonnées du correspondant**
matériovigilance :

Tel : 01.47.10.47.58
Fax : 01.47.10.27.70
e-mail : Vigilances.France@alcon.com

2. Informations sur dispositif ou équipement

2.1 **Dénomination commune : Fibre Endo-illumination**

2.2 **Dénomination commerciale : Fibre Endo-illumination, RFID Pic 25G**

2.3 **Code nomenclature : 32241**

Code Cladimed : S50DA07

2.4 **Code LPPR* (ex TIPS si applicable) :**

* « liste des produits et prestations remboursables » inscrits sur la liste prévue à l'article L 165-1

2.5 **Classe du DM : IIa**

Directive de l'UE applicable : 93/42/CEE

Selon Annexe n°II

Numéro de l'organisme notifié : 0123 (TÜV)

Date de première mise sur le marché dans l'UE :

Fabricant du DM : Laboratoires Alcon

2.6 **Descriptif du dispositif : Fibre endo-illumination utilisée pour visualiser la rétine**

Trousse : Non

Si Oui, composition de la trousse :

2.7 Références Catalogue : 8065751572

RÉFÉRENCE : 8065751572 : FIBRE ENDO RFID 25G 12/B

Conditionnement / emballages

UCD (Unité de Commande) : 1 Boîte

CDT (Conditionnement) : 12 Unités

QML (Quantité minimale de livraison) : 1 Boîte

Descriptif de la référence :

Fibre d'endo-illumination avec dispositif d'identification par radio fréquence (RFID) ENGAUGE® destiné à être utilisée avec le système de vitrectomie Constellation®

Caractéristiques de la référence : Diamètre : 25G**Etiquetage :****2.8 Composition du dispositif et Accessoires :****ÉLÉMENTS et MATERIAUX :**

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires :

2.9 Domaine - Indications :

Domaine d'utilisation (selon liste Europharmat) : Domaine : Chirurgie vitréo-rétinienne / segment postérieur
Indications (selon liste Europharmat) :

3. Procédé de stérilisation

DM stérile : Oui

Mode de stérilisation du dispositif : Oxyde d'éthylène

4. Conditions de conservation et de stockage

Conditions normales de conservation et de stockage

5. Sécurité d'utilisation

5.1 Sécurité technique :

5.2 Sécurité biologique (s'il y a lieu) :

6. Conseils d'utilisation

6.1 Mode d'emploi : voir la notice

6.2 Indications : Chirurgie du segment postérieur

6.3 Précautions d'emploi : Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé

6.4 Contre- Indications :



Fibre Endoillumination RFID Pic 25G

INSTRUMENTS ECLAIRANTS ALCON® AVEC RFID ENGAUGE®

MODE D'EMPLOI

Les instruments munis de fibre optique avec Dispositif d'Identification par Radio Fréquence (RFID) **ENGAUGE®** sont destinés à être utilisés avec le système de vitrectomie **Constellation®**. Ces instruments peuvent être utilisés sur la console **Accurus®** ou l'illuminateur Haute Luminosité **Accurus®** (HLA), en utilisant un adaptateur RFID de code article 8065751140.

ATTENTION : Ce mode d'emploi ne dispense pas de lire et de comprendre le manuel d'utilisation de la source de lumière.

ATTENTION : Aux Etats-Unis, la loi restreint la vente de ce dispositif, soit directement par les médecins, soit sur leur prescription.

ATTENTION : Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

MISE EN GARDE : Minimiser l'intensité de la lumière et la durée d'exposition de la rétine afin de réduire les risques de lésions de la zone rétinienne.

MISE EN GARDE : Eviter d'utiliser les fibres dans l'air montées sur des consoles capables d'atteindre des niveaux et réglages d'éclairage supérieurs à 10 lumens. Ceci pourrait provoquer une déformation de la sonde et/ou des températures de surface élevées qui peuvent blesser le patient.

DESCRIPTION: Chaque boîte contient des instruments éclairants stériles en emballage individuel.

MODE D'EMPLOI DE LA FIBRE D'ENDO-ILLUMINATION

1. Sortir la sonde de son emballage stérile de manière aseptique.

2. Tendre l'extrémité du connecteur à l'Infi de bloc et insérer le connecteur dans la source de lumière. S'assurer que le connecteur est bien inséré dans la source de lumière.

3. Allumer la source de lumière et vérifier le rendement de la lumière à travers la fibre.

MODE D'EMPLOI DE LA FIBRE D'ENDO-ILLUMINATION AVEC PIC

1. Sortir la sonde de son emballage stérile de manière aseptique.

2. Tendre l'extrémité du connecteur à l'Infi de bloc et insérer le connecteur dans la source de lumière. S'assurer que le connecteur est bien inséré dans la source de lumière.

3. Allumer la source de lumière et vérifier le rendement de la lumière à travers la fibre.

4. Modifier la courbure du pic à l'aide de pinces ou de pinces porte aiguille, si nécessaire.

MODE D'EMPLOI DE LA FIBRE D'ENDO-ILLUMINATION AVEC IRRIGATION

1. Sortir la sonde de son emballage stérile de manière aseptique.

2. Tendre l'extrémité du connecteur à l'Infi de bloc et insérer le connecteur dans la source de lumière. S'assurer que le connecteur est bien inséré dans la source de lumière.

3. Allumer la source de lumière et vérifier le rendement de la lumière à travers la fibre.

4. Connecter la ligne fluidique à la source d'irrigation.

5. Purger les bulles d'air de la pièce à main et des tubulures avant utilisation.

MODE D'EMPLOI DE LA FIBRE DENUDEE

1. Sortir la sonde de son emballage stérile de manière aseptique.

2. Tendre l'extrémité du connecteur à l'Infi de bloc et insérer le connecteur dans la source de lumière. S'assurer que le connecteur est bien inséré dans la source de lumière.

3. Insérer la fibre dans les ciseaux ou la pince.

4. Allumer la source de lumière et vérifier le rendement de la lumière à travers la fibre.

MODE D'EMPLOI DU CHANDELIER

1. Sortir la sonde et la canule de trocard de leur emballage stérile de manière aseptique.

2. Tendre l'extrémité du connecteur à l'Infi de bloc et insérer le connecteur dans la source de lumière. S'assurer que le connecteur est bien inséré dans la source de lumière.

3. Retirer le protecteur de l'embout distal.

4. Allumer la source de lumière et vérifier le rendement de la lumière à travers la fibre.

5. Insérer la canule de trocard dans l'œil.

6. Insérer le chandelier dans la canule de trocard. N'utiliser le chandelier avec aucune canule de trocard de 6 mm.

7. Plier la position distale maleable de la sonde dans la position désirée.

PRECAUTIONS ET MISES EN GARDE :

1. Si la sonde est défectueuse à réception, Alcon doit être averti immédiatement.

Pour la France :

Téléphone : 0.800.07.14.27 (Service Clients)

Pour la Belgique et le Luxembourg :

02.754.32.10

Pour la Suisse :

Courrier : Laboratoires Alcon

Alcon NV

Alcon Switzerland S.A.

4 rue Henri Sainte-Claire Deville

Medialaan 36

Suurtofti 14

F-92563 RUEIL-MALMAISON CEDEX

B-1800 VILVOORDE

CH-6343 ROTKREUZ

Chaque emballage est identifié par un numéro de lot qui permet la tracabilité et doit être rappelé lors de toute discussion avec le Service Clients.

2. Les dispositifs médicaux stériles à usage unique ne doivent pas être réutilisés (Manuel d'accréditation des hôpitaux, 1982)

• Les risques potentiels d'une réutilisation ou d'un retraitement incluent : une phototoxicité liée à l'exposition à une illumination irrégulière en raison d'une fissure ou d'un connecteur endommagé, une puissance d'éclairage réduite, des fuites ou une obstruction des voies des fluides résultant des performances fluides réduites, et l'introduction de corps étrangers dans l'œil.

3. Ce dispositif n'est destiné qu'à une seule intervention. Un usage incorrect ou un mauvais assemblage peuvent être dangereux pour le patient. Alcon ne peut pas être tenu pour responsable des complications résultant de la réutilisation ou de l'usage incorrect de ce dispositif.

4. Tous les liquides aspirés pendant l'opération doivent être traités comme potentiellement contaminants. Prendre les précautions appropriées lors de la manipulation des accessoires et des lignes en contact avec les fluides aspirés.

Définitions des symboles qui peuvent apparaître sur les étiquettes du produit :

	SE REFERER AU MODE D'EMPLOI		OUVERTURE		LOT	LOT N°
	UTILISER AVANT : ANNEE-MOIS		USAGE UNIQUE - NE PAS REUTILISER		REF / REF	CODE ARTICLE
	NE PAS UTILISER SI L'EMBALLAGE EST ENDOMMAGE		NE PAS RESTERILISER			FABRICANT
L'un des symboles de stérilisation suivants sera apposé sur ce pack :					NE CONTIENT NI LATEX NI CAOUTCHOUC NATUREL SEC	
					MANDATAIRE DANS LA COMMUNAUTE EUROPEENNE	DATE DE FABRICATION
	STERILE - STERILE PAR RAYONNEMENT		EC		REP	
	STERILE - STERILISE PAR L'OXYDE D'ETHYLENE					
	ATTENTION : AUX ETATS-UNIS, LA LOI RESTREINT LA VENTE DE CE DISPOSITIF, SOIT DIRECTEMENT PAR LES MEDECINS, SOIT SUR LEUR PRESCRIPTION					

EC REP

Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.

Frimley Business Park

Frimley, Camberley

Surrey, GU16 7SR, Royaume-Uni

Ces produits peuvent être protégés par un

ou plusieurs des brevets U.S. suivants :

5351168, 5681264 ou des brevets en cours.

